PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
2490
PÁGINA

Ofício Nº 264 /2024

Horizonte, 26 de junho de 2024

DESTINO: Setor de licitações e contratos.

ASSUNTO: Análise técnica itens (04) arrematante VS COSTA/QUICKBUM E-COMERCE LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1.

Prezado (a),

Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao **ITEM 04** (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.

Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.

ELIZAMARA SILVA S. LIMA
Enfermeira-COREN: 333.208

Elizamara Silva Saldanha Lima
Responsável Técnica – RT/APS
Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce
COREN 333.208

Janaina Mota da Rocha
Diretora de Atenção em Saúde

Janaína Mota da Rocha
Diretora de Atenção Primária em Saúde

Recebido em 27/06/2024
Francisca Jorangela Batista Almeida
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Horizonte

PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
2494
FOLHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício: 275 /2024 Horizonte, 02 de Julho de 2024

Destino: Setor de licitações e contratos
ATT.: Francisca Jorângela Barbosa Almeida

Assunto: Resposta técnica sobre PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1-PE relacionado ao item 16 (dezesseis): COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.

Senhora Agente de Contratação,

Em resposta à solicitação da Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida, Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Horizonte, acerca da proposta da empresa "Augusta máquinas e ferramentas" para o item 16 do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1- PE** "COMPRESSOR ODONTÓLOGICO", temos a informar que a marca ofertada não atende às especificações solicitadas no edital acima referido. Ressalto que no catálogo de demonstração enviado pela empresa, o equipamento apresenta nível de ruído de 65dB, sendo acima do solicitado no termo de referência que é de 60dB. Além disso, o equipamento apresenta somente um cabeçote, ao invés de dois cabeçotes, como solicitado no termo de referência, sendo esse o ideal para o serviço , portanto não atende ao descrito no Termo.

Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.

gov.br Documento assinado digitalmente
MIKHAELA MENEZES DE OLIVEIRA
Data: 02/07/2024 16:01:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mikhaela Menezes de Oliveira
Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológica - CEO
Horizonte-CE

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO E LICITAÇÃO - HORIZONTE
2495
FOLHA

Ofício Nº 276 /2024

Horizonte, 03 de julho de 2024

DESTINO: Setor de licitações e contratos.

ASSUNTO: Análise técnica itens (04) arrematante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALARES LTDA - referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024

Prezado (a),

Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao **ITEM 04** (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação; portanto não atende ao apresentado no Termo.

Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.

ELIZAMARA SILVA S. LIMA
Enfermeira COREN: 333.208

Elizamara Silva Saldanha Lima
Responsável Técnica – RT/APS
Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce
COREN 333.208

Janaina Mota da Rocha
Diretora de Atenção em Saúde

Janaína Mota da Rocha
Diretora de Atenção Primária em Saúde

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO PMH/CE
2500
FOLHA

Ofício Nº 281 /2024

Horizonte, 05 de julho de 2024

DESTINO: Setor de licitações e contratos.

ASSUNTO: Análise técnica itens (04) arrematante CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024.

Prezado (a),

Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao **ITEM 04** (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v e fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.

Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.

ELIZAMARA SILVA S. LIMA
Enfermeira COREN: 333.208

Elizamara Silva Saldanha Lima
Responsável Técnica – RT/APS
Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce
COREN 333.208

Janaína Mota da Rocha
Diretora de Atenção em Saúde

Janaína Mota da Rocha
Diretora de Atenção Primária em Saúde

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO PMH
2509
FOLHA

Ofício Nº 284 /2024

Horizonte, 09 de julho de 2024

DESTINO: Setor de licitações e contratos.

ASSUNTO: Análise técnica item (04) arrematante M & B COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024

Prezado (a),

Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao **ITEM 04** (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que o produto atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento apresenta as especificações descritas..

Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.

Elizamara Silva Saldanha Lima

Elizamara Silva Saldanha Lima
Responsável Técnica – RT/APS
Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce
COREN 333.208

Janaína Mota da Rocha

Janaína Mota da Rocha
Diretora de Atenção Primária em Saúde