



Comissão Permanente de Pregão Horizonte &lt;pregao@horizonte.ce.gov.br&gt;

**Análise técnica itens 04 e 14-PE 2024.05.14.1**

1 mensagem



Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE &lt;pregao@horizonte.ce.gov.br&gt;

14 de junho de 2024 às 17:19

Para: Financeiro Saúde <financeirosaudehorizonte@hotmail.com>, Secretaria de Saúde de Horizonte <saude@horizonte.ce.gov.br>, Francisco Carlos da Silva <fcarlosdasilva34@gmail.com>, Ana Claudia França Morais <anaclaudiafm@yahoo.com.br>

Srs Boa Tarde

Venho através deste solicitar apoio da unidade técnica quanto a análise da proposta adequada, catálogos e demais documentos complementares enviados para os **itens 04 e 14** referente ao Pregão Nº 2024.05.14.1-PE quanto às especificações técnicas.

Tendo em vista que para o item 04 o mesmo informa na Marca /Modelo como sendo Portatil. Dessa forma suspendi o julgamento para análise e apoio técnico do órgão. Conforme disposto no edital no item 9.8.8 onde cita:

A qualquer momento, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer, consultas, análises e verificações por parte de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Horizonte-CE ou da autoridade competente para fins de avaliação da conformidade do objeto cotado às especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Informo que o retorno da sessão está agendado para o dia 17/06/2024 às 9h

Atenciosamente;

Fca Jorangela Barbosa Almeida  
Agente de Contratação/Pregoeira

**7 anexos**

-  **PROPOSTA REALINHADA HORIZONTE PE 2024.05.14.1.pdf**  
407K
-  **CATALOGO - NEVONI ATUALIZADO.pdf**  
146K
-  **ANVISA - NEVONI 5005.pdf**  
82K
-  **ANVISA DETECTOR CONTEC 10C.pdf**  
77K
-  **CATALOGO DETECTOR FETAL CONTEC 10C.pdf**  
1014K
-  **MANUAL DETECTOR FETAL CONTEC 10C.PDF**  
1259K
-  **MANUAL NEVONI 5005.pdf**  
4837K

**Ofício N° 248 /2024**

Horizonte, 17 de junho de 2024

**DESTINO:** Setor de licitações e contratos.

**ASSUNTO:** Análise técnica itens (04 e 14) arrematante LONDRIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.05.14.1.

Prezado (a),

Venho por meio deste informar que em análise ao catálogo e demais documentos enviados relacionado ao **ITEM 04** (quatro): DETECTOR FETAL, constatou-se que não atende as especificações do Termo de Referência, onde no catálogo analisado o equipamento não apresenta alimentação em energia elétrica de 220v, sendo este um dos requisitos exigidos na especificação, portanto não atende ao apresentado no Termo.

Informo que para o **ITEM 14** (catorze): ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, conforme análise realizada junto aos documentos enviados o mesmo ATENDE as especificações técnicas exigidas no termo de referência.

Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.

  
ELIZAMARA SILVA S. LIMA  
Enfermeira-COREN: 333.208

**Elizamara Silva Saldanha Lima**  
**Responsável Técnica – RT/APS**  
**Secretaria de Saúde de Horizonte/Ce**  
**COREN 333.208**

Janaina Mota da Rocha  
Diretora de Atenção em Saúde



**Janaina Mota da Rocha**  
**Diretora de Atenção Primária em Saúde**

PREFEITURA DE  
HORIZONTE

Comissão Permanente de Pregão Horizonte &lt;pregao@horizonte.ce.gov.br&gt;



## Análise técnica Item 16-Fornecedor Nova Brasil

1 mensagem

Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE &lt;pregao@horizonte.ce.gov.br&gt;

17 de junho de 2024 às  
16:42

Para: Financeiro Saúde <financeirosaudehorizonte@hotmail.com>, Francisco Carlos da Silva <fcarlosdasilva34@gmail.com>, Secretaria de Saúde de Horizonte <saude@horizonte.ce.gov.br>, Ana Claudia França Morais <anaclaudiafm@yahoo.com.br>, atencaobasica.horizonte@gmail.com

Srs Boa Tarde,

Venho através deste solicitar apoio da unidade técnica quanto a análise da proposta adequada, catálogos/ficha técnica e demais documentos complementares enviados para o **item 16** referente ao Pregão N° 2024.05.14.1-PE quanto às especificações técnicas.

Tendo em vista que para o item 16 foi verificado o mesmo indica na proposta o Nível de ruído de 72 dB acima do solicitado no Termo de referência. Dessa forma suspendi o julgamento para análise e apoio técnico do órgão. Conforme disposto no edital no item 9.8.8 onde cita:

A qualquer momento, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer, consultas, análises e verificações por parte de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Horizonte-CE ou da autoridade competente para fins de avaliação da conformidade do objeto cotado às especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Informo que o retorno da sessão está agendado para o dia 19/06/2024 às 8h30min

Atenciosamente;

Fca Jorangela Barbosa Almeida  
Agente de Contratação/Pregoeira

### 4 anexos

-  PROPOSTA PREG. 900072024 - UASG 981253 - ITEM 16 (NOVA BRASIL).pdf  
180K
-  Email fabricante Ref compatibilidade do compressor MOTOMIL (1).pdf  
693K
-  Catálogo MOTOMIL CMO-8-50 - Cód. 37813.5.pdf  
922K
-  EDITAL N° 2024.05.14.1-PE.pdf  
3009K



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício: 25 /2024

Horizonte, 19 de Junho de 2024

**Destino: Setor de licitações e contratos**

**Assunto: Resposta técnica sobre PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1-PE relacionado ao item 16 (dezesseis): COMPRESSOR ODONTOLÓGICO**

Prezado (a),

Venho por meio deste informar que as especificações elencadas pelo fornecedor do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.14.1- PE** relacionado ao item 16 (dezesseis): COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, não atende ao que foi solicitado anteriormente em proposta. Ressalto que no catálogo de demonstração enviado pela empresa, o equipamento apresenta nível de ruído de 72dB, sendo acima do solicitado no termo de referência que é de 60dB, sendo esse o ideal para o serviço , portanto não atende ao descrito no Termo.

Certos de que seremos atendidos, aguardamos retorno.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MIKHAELA MENEZES DE OLIVEIRA  
Data: 19/06/2024 14:13:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Mikhaela Menezes de Oliveira  
Coordenadora do Centro de Especialidades Odontológica - CEO  
Horizonte-CE

