

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
HORIZONTE – CE

**IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.12.04.1 PROCESSO 1710001/23**

**OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita sob CNPJ/MF sob n.º 47.806.382-0001/09, com sede e foro jurídico em Farroupilha – RS, na Rua A RURAL, SN – AREA RURAL DE FARROUPILHA, CEP 95181-899, por intermédio de seu representante legal Sr. **JOÉL NARDI CHIELE**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Carazinho, 200 São Francisco – CEP 95.171-120 – Farroupilha/RS, portador da cédula de identidade RG n.º 3004407627-SSP-RS e CPF sob n.º 198.663.800-68, vem a presença de Vossa Senhoria, apresentar impugnação ao edital supra mencionado, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

**1- SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO PARA O ITEM 02 – FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL**

**ACABAMENTO EXTERTO:** Considerando uma melhor vida útil dos leds e com o intuito de evitar manutenções não previstas, onerando custos ao estabelecimento, se faz necessário que a cúpula tenha uma alta eficiência térmica. Por este motivo as cúpulas com **construção totalmente em alumínio** ajudarão a realizar uma troca térmica e dissipação do calor de forma eficiente, melhorando o desempenho do produto, além de aumentar a durabilidade evitando paradas não previstas para manutenções corretivas. É solicitado que a característica descrita seja acrescentada para “confeccionadas EM ALUMINIO”.

**INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR R9:** Dentro do IRC, o R9 se refere à cor vermelha. Os tons avermelhados como por exemplo, tons de pele, órgãos e sangue, quando iluminados por fontes luminosas com alto R9, são reproduzidos com maior fidelidade. Ou seja, o vermelho pode ser visto com mais intensidade. Por isso solicitamos que seja incluída a característica de R9 com no mínimo 95 para ofertar um produto de alta qualidade para os procedimentos cirúrgicos. Além disso o IRC deve ser também de no mínimo 95. Solicitamos então que seja incluído a característica: IRC igual ou maior que 95 e R9 igual ou mais que 95.

**QUANTIDADE DE RODIZIOS:** Para melhor estabilidade, solicitamos que seja incluído pelo menos a quantidade de rodízios, com 4 unidades, e freio em todas as rodas, assim, evitando acidentes ou danos ao produto, melhorando a sua estabilidade.

**MANOPLA:** Além da solicitada em plástico, solicitamos que seja acrescentada a característica de manopla em alumínio, onde não terá numero de ciclos quando comparada a manopla de polímero (esta degrada e necessita ser trocada a cada tempo, onerando custos ao estabelecimento).

**REGULAGEM DO DIAMETRO DE CAMPO:** Com um sistema ótico individual em cada LED, o Sistema de Iluminação com regulagem de diâmetro de campo de forma eletrônico proporciona um direcionamento individual de cada lente, garantindo que a iluminação gerada seja isenta de sombras e uma regulagem de focalização (diâmetro iluminado) totalmente eletrônico, sem movimentos mecânicos, evitando assim folgas, desgastes prematuros e dispersão da iluminação e como consequência gerando perdas de


iluminação. Através dessa tecnologia, o Sistema de Iluminação garante a máxima iluminação e manutenção da temperatura de cor e intensidade luminosa em qualquer configuração selecionada, mantendo um baixo consumo de energia.

## 2- DOS PEDIDOS

Face ao exposto, requer:

- Que seja a IMPUGNAÇÃO recebida de forma tempestiva;
- Que seja emitido parecer técnico dos argumentos apontados;
- Que seja revisto o descritivo dos itens acatando abertura e as sugestões elencadas:
  - Sugestão de acabamento externo para a cúpula totalmente em alumínio;
  - Sugestão de display gráfico e teclado de membrana;
  - Sugestão de inclusão do índice IRC e R9 de 95;
  - Sugestão de quantidade de rodízios e freio em todas as rodas;
  - Sugestão de Manopla em alumínio;
  - Sugestão de regulagem eletrônica do diâmetro de campo;
- Que seja julgado procedentes as alegações apresentadas e suspenso o certame, até análise, abertura de descritivo e melhorias. Por fim, requer que a decisão seja devidamente motivada e fundamentada.

Farroupilha (RS), 14 de Dezembro de 2023



REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

**OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

**CNPJ: 47.806.382/0001-09**