



Esclarecimento referente aos itens 410 e 411 - PE 2023.02.28.2-SR

2 mensagens

licitacao2@dimave.com.br <licitacao2@dimave.com.br>
Para: pregao@horizonte.ce.gov.br

12 de abril de 2023 às 16:27

Prezados, boa tarde.

Vimos por meio desta apresentar questionamento referente aos itens 410 e 411 do PE 2023.02.28.2-SR.

O questionamento se encontra em anexo.

Aguardamos retorno e sigo a disposição.

Att,

Emmanuel Petrus / DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Tel: (31) 3297-2575

 **questionamento cmos.docx**
128K

Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE <pregao@horizonte.ce.gov.br>

13 de abril de 2023 às
17:00

Para: Financeiro Saúde <financeirosaudehorizonte@hotmail.com>, Francisco Carlos da Silva
<fcarlosdasilva34@gmail.com>, Secretaria de Saúde de Horizonte <saude@horizonte.ce.gov.br>

Srs Boa Tarde

Segue Pedido de Esclarecimento ao Edital PE nº 2023.02.28.2-PE

Por se tratar de questionamentos e apontamentos sobre a especificação técnica dos itens e considerando que tais disciplinamentos estão postulados no arcabouço basilar do termo de referência, cuja incumbência neste pesar concentra-se exclusivamente na esfera de competência da autoridade competente do processo, ou seja, a Secretaria de Saúde, esta Pregoeira encaminha via e-mail as presentes irrisignações para conhecimento e manifestação da Secretaria.

At.te

Fca Jorangela Barbosa Almeida

[Texto das mensagens anteriores oculto]



questionamento cmos.docx
128K




A Prefeitura de Horizonte / CE

À Pregoeira

Ref.: Pregão Eletrônico nº 2023.02.28.2-SRP

A empresa Dimave Equipamentos Médicos LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.316.353/0001-81, sediada na Rua Paulo Freire de Araújo, nº 300, salas 2 a 6, Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-280, vem, por meio dessa, realizar o presente pedido de esclarecimento acerca do **item 26** do edital.

ITEM 410 e 411: Qual das duas **conexões** de Eletrodo é utilizada no DEA da CMOS DRAKE LIFE 400 utilizado na instituição do município de Horizonte/CE?





Esclarecimento referente ao pregao 2023 02 28 2

2 mensagens

MARK FARDAMENTOS <markfardamentos@hotmail.com>
Para: "pregao@horizonte.ce.gov.br" <pregao@horizonte.ce.gov.br>
Cc: "carolinepeixotoj@gmail.com" <carolinepeixotoj@gmail.com>

17 de abril de 2023 às 13:54

Boa tarde, gostaríamos de solicitar pedido de esclarecimento referente ao pregao 2023 02 28 2, cujo objeto aquisicao de material hospitalar.

No item 319 e 320 consta avental descartavel 40g solicitando pacote com 100 unidades, entretanto o correto seria pacote com 10 unds no valor de referencia a R\$ 47,83 , saindo a unidade a R\$ 4,78. No caso se for o pacote de 100 o valor unitario R\$ 0,47, valor esse que nao existe e nao é praticado no mercado, visto que nao se cobre nem o custo. Pedimos que verifique essa questao.

Atenciosamente;

Mark Fardamentos
cnpj: 35.280.985/0001-95

Marcos Peixoto
85 985113072

Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE <pregao@horizonte.ce.gov.br>

17 de abril de 2023 às
15:37

Para: Financeiro Saúde <financeirosaudehorizonte@hotmail.com>, Francisco Carlos da Silva <fcarlosdasilva34@gmail.com>, Secretaria de Saúde de Horizonte <saude@horizonte.ce.gov.br>

Boa Tarde

Segue Pedido de Esclarecimento ao Edital PE nº 2023.02.28.2-PE

Por se tratar de questionamentos e apontamentos sobre a especificação técnica dos itens e considerando que tais disciplinamentos estão postulados no arcabouço basilar do termo de referência, cuja incumbência neste pesar concentra-se exclusivamente na esfera de competência da autoridade competente do processo, ou seja, a Secretaria de Saúde, esta Pregoeira encaminha via e-mail as presentes irrisignações para conhecimento e manifestação da Secretaria.

At.te
Fca Jorangela Barbosa Almeida
[Texto das mensagens anteriores oculto]



ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.02.28.2-SRP - Prefeitura Municipal de Horizonte - Pregoeira Francisca Jorangela Barbosa Almeida

2 mensagens

Licitacoes Sellene <licita@sellene.com>

18 de abril de 2023 às 11:29

Para: pregao@horizonte.ce.gov.br

Cc: "Brunori, Roberta {DCEA~Sao Paulo-Jaguar}" <roberta.brunori@roche.com>, "tecnico.hospitalar" <tecnico.hospitalar@sellene.com>

Sr (a) Pregoeiro(a),
Bom dia!

A empresa Sellene Comércio e Representações Ltda, inscrita no CNPJ 05.329.222/0001-76, solicita esclarecimento pelo que segue:

Os itens abaixo informam que o produto deve ser compatível com equipamento do órgão solicitante, mas não informa qual é a marca, conforme abaixo descrito:

272 - Tiras para glicemia caixa com no mínimo 50 tiras. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DO ORGÃO SOLICITANTE. - Caixa 3.232

272 - Tiras para glicemia caixa com no mínimo 50 tiras. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DO ORGÃO SOLICITANTE. - Caixa 3.232

Caso o órgão não queira direcionar a marca que irá adquirir, deverá solicitar em comodato a quantidade de aparelhos glicosímetros necessários para esta demanda de tiras. Por exemplo: A cada 50 caixas (2.500 tiras) o vencedor deverá fornecer em comodato 1 aparelho (glicosímetro).

Favor informar a marca do glicosímetro compatível ou a quantidade de glicosímetros que o órgão irá precisar. Pois essa informação influencia diretamente nos valores aplicados.

Atenciosamente,

Licitação

Licita@sellene.com

Tel.: +55 (85) 4005.4444

Cel.: +55 (85) 9.8147.2544

SELLENE COM. E REP. LTDA. - Desde 1977

Rua João Carvalho, 205 - Aldeota

Fortaleza - Ceará

60140-140

www.sellene.com

Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE <pregao@horizonte.ce.gov.br>

18 de abril de 2023 às
14:43

Para: Financeiro Saúde <financeirosaudehorizonte@hotmail.com>, Secretaria de Saúde de Horizonte <saude@horizonte.ce.gov.br>, Francisco Carlos da Silva <fcarlosdasilva34@gmail.com>

Srs Boa Tarde

Segue Pedido de Esclarecimento ao Edital PE nº 2023.02.28.2-PE

Por se tratar de questionamentos e apontamentos sobre a especificação técnica dos itens e considerando que tais disciplinamentos estão postulados no arcabouço basilar do termo de referência, cuja incumbência neste pesar concentra-se exclusivamente na esfera de competência da autoridade competente do processo, ou seja, a Secretaria de Saúde, esta Pregoeira encaminha via e-mail as presentes irresignações para conhecimento e manifestação da Secretaria.

Fca Jorangela B Almeida

[Texto das mensagens anteriores oculto]



A large, continuous blue handwritten line that starts with a curved top, descends steeply, then more gradually, and finally tapers off at the bottom right. The line appears to be a stylized signature or a large scribble.



ESCLARECIMENTO PE 2282/2023

2 mensagens

Andressa <presencial@polarfix.com.br>
Para: pregao@horizonte.ce.gov.br, Aninha <editais@polarfix.com.br>

24 de abril de 2023 às 16:11

Boa tarde,

Esta empresa interessada em participar do certame do pregão eletrônico nº 2282/2023, verificou alguns pontos a serem esclarecidos referente ao item mencionado abaixo:

Para os item 237 não é mencionado no descritivo a composição da materia prima do produto solicitado.

Sendo assim, o item devem ser fornecido em qual materia prima?

Aguardamos retorno para andamento do processo.

Att,



Andressa Silveira
Dept. de Licitação
Fone: (11) 4512-8637
Email: presencial@polarfix.com.br

Visite o **site** e conheça nossa **Linha Completa de Produtos!**

Acesse: www.polarfix.com.br



Spam
Phish/Fraud
Not spam
Forget previous vote

Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE <pregao@horizonte.ce.gov.br>

24 de abril de 2023 às
18:09

Para: Financeiro Saúde <financeirosaudehorizonte@hotmail.com>, Secretaria de Saúde de Horizonte <saude@horizonte.ce.gov.br>, Francisco Carlos da Silva <fcarlosdasilva34@gmail.com>

Srs Boa Tarde

Segue Pedido de Esclarecimento ao Edital PE nº 2023.02.28.2-PE

Por se tratar de questionamentos e apontamentos sobre a especificação técnica dos itens e considerando que tais disciplinamentos estão postulados no arcabouço basilar do termo de referência, cuja incumbência neste pesar concentra-se exclusivamente na esfera de competência da autoridade competente do processo, ou seja, a Secretaria de Saúde, esta Pregoeira encaminha via e-mail as presentes irresignações para conhecimento e manifestação da Secretaria.

Fca Jorangela B Almeida

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 2023.02.28.2-SRP

2 mensagens

Licitação Romed <licita@romed.com.br>

25 de abril de 2023 às 15:12

Para: pregao@horizonte.ce.gov.br

Cc: pregao@horizonte.ce.gov.br

Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a)

A Romed Ind. e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., fabricante de equipamentos de oxigenoterapia e gasoterapia, solicita esclarecimentos quanto aos itens abaixo:

126	Extensão para aspiração e oxigenoterapia cor cristal com 2,00 metros com conexão graduada	Unid.	2.700	R\$ 73,72	R\$ 199.044,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO
127	Extensão para aspiração e oxigenoterapia cor cristal com 2,00 metros com conexão graduada	Unid.	900	R\$ 73,72	R\$ 66.348,00	COTA EXCLUSIVA ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006

Observando a solicitação da extensão acima, nós como fabricantes perguntamos para qual equipamento será solicitado essa extensão, pois existem vários tipos de extensões, como por exemplo, fluxômetros, vacuômetros, macro nebulizadores, circuitos respiratórios, ventiladores pulmonares, máscaras de traqueostomias, ressuscitadores.

Tecnicamente necessita de mais detalhes, primeiro cristal não é cor, precisa definir que tipo é o material, pvc ou silicone, conexão graduada de que forma, para encaixe no que? É uma extensão lisa, corrugada.

Desta forma solicitamos esclarecimentos quanto ao solicitado. E favor confirmar o recebimento.

ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Marcos Paulo Correia


Dep. Licitação

TEL: (11) 2339-3042 - 99115-9582 (Licitação) 3718-1000 (Fábrica)

E-MAIL: licita@romed.com.br

SKYPE: Romed Licitação

SITE: www.romed.com.br



Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE <pregao@horizonte.ce.gov.br>

25 de abril de 2023 às
15:23

Para: Financeiro Saúde <financeirosaudehorizonte@hotmail.com>, Secretaria de Saúde de Horizonte <saude@horizonte.ce.gov.br>, Francisco Carlos da Silva <fcarlosdasilva34@gmail.com>

Srs Boa Tarde

Segue Pedido de Esclarecimento ao Edital PE nº 2023.02.28.2-PE

Por se tratar de questionamentos e apontamentos sobre a especificação técnica dos itens e considerando que tais disciplinamentos estão postulados no arcabouço basilar do termo de referência, cuja incumbência neste pesar concentra-se exclusivamente na esfera de competência da autoridade competente do processo, ou seja, a Secretaria de Saúde, esta Pregoeira encaminha via e-mail as presentes irresignações para conhecimento e manifestação da Secretaria.

Fca Jorangela B Almeida

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PE 2023.02.28.2-SRP II

2 mensagens

Licitação Romed <licita@romed.com.br>
Para: pregao@horizonte.ce.gov.br

25 de abril de 2023 às 15:32

Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a)

A Romed Ind. e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., fabricante de equipamentos de oxigenoterapia e gasoterapia, solicita esclarecimentos quanto aos itens abaixo:

175	RESSUSITADOR AMBU DE SILICONE ADULTO sendo autoclaváveis para sua reutilização, Projetados sob as mais rigorosas normas técnicas internacionais, resistentes que ofereçam ao usuário uma excelente sensibilidade tátil da condição pulmonar do paciente, durante a ressuscitação manual tornando o processo mais seguro. * Dispositivo totalmente de acordo com o recente protocolo internacional de 2005 da Associação Americana do coração (Guidelines 2005, parte IV Suporte básico de Vida); * Alta eficiência na ventilação facilita a realização da manobra de ressuscitação manual por um só socorrista; * Durabilidade incomparável, mantém-se funcional por muitos anos, reduzindo drasticamente a necessidade de reposição constante	Unid	65	RS 329,30	R\$ 21.404,50	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006
-----	--	------	----	-----------	---------------	--



	<p>deste tipo de dispositivo; * O Ambu de Silicone é autoclavável a 134°C e possui 3 opções de bolsa de oxigênio, inclusive uma versão autoclavável; * Possui Registro ANVISA e marca CE. Atende as normas ASTM F920-93 E ISO 10651-4:2002. Dimensões Adulto: 305 mm x 135 mm Adulto: 435gr</p>					
176	<p>RESSUSITADORES AMBU DE SILICONE NEONATAL sendo autoclaváveis para sua reutilização, Projetados sob as mais rigorosas normas técnicas internacionais, resistentes que ofereçam ao usuário uma excelente sensibilidade tátil da condição pulmonar do paciente, durante a ressuscitação manual tornando o processo mais seguro. * Dispositivo totalmente de acordo com o recente protocolo internacional de 2005 da Associação Americana do coração (Guidelines 2005, parte IV Suporte básico de Vida); * Alta eficiência na ventilação facilita a realização da manobra de ressuscitação manual por um só socorrista; * Durabilidade incomparável, mantém-se funcional por muitos anos, reduzindo drasticamente a necessidade de reposição constante deste tipo de dispositivo; * O Ambu de Silicone é autoclavável a</p>	Unid.	45	R\$ 342,63	R\$ 15.418,35	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006



	134°C e possui 3 opções de bolsa de oxigênio, inclusive uma versão autoclavável; * Possui Registro ANVISA e marca CE. Atende as normas ASTM F920-93 E ISO					
177	<p>RESSUSITADORES AMBU DE SILICONE PEDIÁTRICO sendo autoclaváveis para sua reutilização, Projetados sob as mais rigorosas normas técnicas internacionais, resistentes que ofereçam ao usuário uma excelente sensibilidade tátil da condição pulmonar do paciente, durante a ressuscitação manual tornando o processo mais seguro. O modelos pediátrico possui válvula de segurança, que abre exatamente à pressão de 40 Cm\H2O, evitando a compressão excessiva, de forma que nunca se chegará a ventilar com força excessiva. * Dispositivo totalmente de acordo com o recente protocolo internacional de 2005 da Associação Americana do coração (Guidelines 2005, parte IV Suporte básico de Vida); * Alta eficiência na ventilação facilita a realização da manobra de ressuscitação manual por um só socorrista; * Durabilidade incomparável, mantém-se funcional por muitos anos, reduzindo drasticamente a necessidade de</p>	Unid	45	R\$ 329,30	R\$ 14.818,50	EXCLUSIVO ME/EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006



reposição constante deste tipo de dispositivo; * O Ambu de Silicone é autoclavável a 134°C e possui 3 opções de bolsa de oxigênio, inclusive uma versão autoclavável; * Possui Registro ANVISA e marca CE. Atende as normas ASTM F920-93 E ISO 10651-4:2002. Pediátrico: 240mm x 90mm Pediátrico: 240gr.				
---	--	--	--	--

Observando a solicitação dos reanimadores, cadê a descrição do produto, que é de silicone eu consigo identificar, não fala o tipo de máscara que querem se querem de coxim inflável ou normal, não informa se as conexões são de policarbonato ou polissulfona, tipos de diafragmas, o tipo de reservatório não informa se é pvc ou silicone.

Desta forma como está escrito no vosso descritivo tem que ser projetado e técnicas internacionais, não valem de nada se não for aprovado pela ANVISA e tem que atender as normas nossas e não de fora. E pergunto o que seria 3 opções de bolsa de oxigênio, o que seria isso?

Só para entender quando leio vosso descritivo analiso que vejo uma propaganda de alguma marca "durabilidade incomparável" o que é isso, por acaso é descritivo técnico?

Aguardamos uma posição e confirmação do nosso pedido de esclarecimento, só para V.Sª entenderem cabe até uma impugnação neste caso por solicitarem Dispositivo totalmente de acordo com o recente protocolo internacional de 2005 da Associação Americana do coração (Guidelines 2005, parte IV Suporte básico de Vida), quem que está com registro na ANVISA possui esse protocolo, nós sabemos que atendemos as normas nacionais.

Favor rever esse descritivo.

ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Marcos Paulo Correia

Dep. Licitação

TEL: (11) 2339-3042 - 99115-9582 (Licitação) 3718-1000 (Fábrica)

E-MAIL: licita@romed.com.br

SKYPE: Romed Licitação

SITE: www.romed.com.br

CATÁLOGO: <https://romed.com.br/catalogo/>



Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE <pregao@horizonte.ce.gov.br>

25 de abril de 2023 às
16:57

Para: Financeiro Saúde <financeirosaudehorizonte@hotmail.com>, Secretaria de Saúde de Horizonte <saude@horizonte.ce.gov.br>, Francisco Carlos da Silva <fcarlosdasilva34@gmail.com>

rs Boa Tarde

Segue Pedido de Esclarecimento ao Edital PE nº 2023.02.28.2-PE

Por se tratar de questionamentos e apontamentos sobre a especificação técnica dos itens e considerando que tais disciplinamentos estão postulados no arcabouço basilar do termo de referência, cuja incumbência neste pesar concentra-se exclusivamente na esfera de competência da autoridade competente do processo, ou seja, a Secretaria de Saúde, esta Pregoeira encaminha via e-mail as presentes irresignações para conhecimento e manifestação da Secretaria.

Fca Jorangela B Almeida

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Solicitação de esclarecimento PE 282.2023

2 mensagens

licitacao@okbiotech.com.br <licitacao@okbiotech.com.br>
Para: pregao@horizonte.ce.gov.br

25 de abril de 2023 às 11:21

Bom dia,

Francisca

Conforme contato telefônico venho por meio deste solicitar o esclarecimento referente ao item 272 e 273 do pregão eletrônico n° 282.2023, dento como objeto Registro de Preços para Aquisição de material médico hospitalar e equipamentos diversos, destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde do Município de Horizonte/CE.

Tal solicitação se faz necessária para que os licitantes possam ofertar o produto de forma correta para os itens citados, tendo em vista que, no termo de referência consta as seguintes informações:

ITEM 272/273: Tiras para glicemia caixa com no mínimo 50 tiras. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DO ORGÃO SOLICITANTE.

O que gerou a dúvida quanto o termo: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DO ORGÃO SOLICITANTE.

Como é de vosso saber hoje no mercado existem diversas marcas de aparelho medidor de glicemia, e cada tira reagente pode ser utilizada em sua marca específica, ou seja, não sendo possível utilizar equipamento de uma marca e tira reagente de outra.

Para ter maior lisura e uma maior opção de participantes para a licitação, pergunto: qual a marca do equipamento do órgão solicitante?

Agradeço a atenção e conto com vosso aceite deste pedido.

Att.

Alécio Coronado

Setor de licitações

OK BIOTECH

(11) 99282-4747

Srs Boa Tarde

Segue Pedido de Esclarecimento ao Edital PE nº 2023.02.28.2-PE

Por se tratar de questionamentos e apontamentos sobre a especificação técnica dos itens e considerando que os disciplinamentos estão postulados no arcabouço basilar do termo de referência, cuja incumbência neste pesar concentra-se exclusivamente na esfera de competência da autoridade competente do processo, ou seja, a Secretaria de Saúde, esta Pregoeira encaminha via e-mail as presentes irresignações para conhecimento e manifestação da Secretaria.

Fca Jorangela B Almeida

[Texto das mensagens anteriores oculto]

