



RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

À Comissão Permanente de Pregão

Att. Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida

Pregoeira

Assunto: ESCLARECIMENTOS REF. PE 2023.02.28.2-SR


Em resposta ao pedido de esclarecimentos promovido pela empresa **DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS**, temos a informar que:

O edital solicita:

Item 410: PAS para DEA adulto (Eletrodo); Eletrodos multifunções para desfibrilação externa, cardioversão sincronizada, estimulação cardíaca e monitoração de ECG. Eletrodo Descartável (Pa) Auto Adesivas p/ Cardioversor/Desfibrilador DEA compatível com aparelho CMOS DRAKE LIFE 400 Kt existente no centro cirúrgico do Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa.

Item 411: PAS para DEA adulto (Eletrodo); Eletrodos multifunções para desfibrilação externa, cardioversão sincronizada, estimulação cardíaca e monitoração de ECG. Eletrodo Descartável (Pa) Auto Adesivas p/ Cardioversor/Desfibrilador DEA compatível com aparelho CMOS DRAKE LIFE 400 já existente no centro cirúrgico do Hospital e Maternidade Venancio Raimundo de Sousa.

Questionamos: Qual das duas conexões de Eletrodo é utilizada no DEA da CMOS DRAKE LIFE 400 utilizado na instituição do município de Horizonte/CE?



São utilizados os dois tipos de DEA da CMOS DRAKE LIFE 400.

Horizonte - CE, 26 de abril de 2023.


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

À Comissão Permanente de Pregão
Att. Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira

Assunto: ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO EDITAL PE 2023.02.28.2-PE

Em resposta ao pedido de esclarecimentos promovido pela empresa **POLARFIX**, temos a informar que:

O edital solicita:

Item 237: COLETOR DESCARTAVEL PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE - confeccionado em material resistente a perfurações, impermeabilizado, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, tamanho 7 litros ou aproximado superior.

Questionamos: Em qual matéria prima deve ser fornecido?

Pode ser confeccionado com material papelão ondulado, ou outro com a mesma resistência.

Certos do atendimento, agradecemos à atenção dispensada.

Horizonte - CE, 26 de abril de 2023.


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde

*Recebido em
02/05/2023*


Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Horizonte





PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



*Rasado em
21/05/2023*

Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Horizonte

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

À Comissão Permanente de Pregão
Att. Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira

Assunto: ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO Nº 2023.02.28.2 - PE

Em resposta ao pedido de esclarecimentos promovido pela empresa **ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS**, temos a informar que:

● **O edital solicita:**

Item 126: Extensão para aspiração e oxigenoterapia cor cristal com 2,00 metros com conexão graduada

Item 127: Extensão para aspiração e oxigenoterapia cor cristal com 2,00 metros com conexão graduada

Questionamos: Qual equipamento será solicitado esta extensão, pois existem vários tipos de extensões, como por exemplo, fluxômetros, vacuômetros, macro nebulizadores, circuitos respiratórios, ventiladores pulmonares, mascaras de traqueostomias, ressuscitadores.

Informamos que, em razão de falhas na especificação detalhada dos itens, os mesmos serão cancelados para que possamos fazer os ajustes necessários nas especificações e tão logo concluído, lançaremos nova licitação na mesma plataforma.

● Certos do atendimento, agradecemos à atenção dispensada.

Atenciosamente,

Horizonte - CE, 19 de maio de 2023.


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

À Comissão Permanente de Pregão

Att. Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida

Pregoeira

*Recebido em
21/05/2023
Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira Oficial
Pregoeira Municipal de Horizonte*

Assunto: ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO Nº 2023.02.28.2 PPE

Em resposta ao pedido de esclarecimentos promovido pela empresa **ROMED IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICOS**, temos a informar que:

O edital solicita:

Item 175: RESSUSITADOR AMBU DE SILICONE ADULTO sendo autoclaváveis para sua reutilização, Projetados sob as mais rigorosas normas técnicas internacionais, resistentes que ofereçam ao usuário uma excelente sensibilidade tátil da condição pulmonar do paciente, durante a ressuscitação manual tornando o processo mais seguro. * Dispositivo totalmente de acordo com o recente protocolo internacional de 2005 da Associação Americana do coração (Guidelines 2005, parte IV Suporte básico de Vida); * Alta eficiência na ventilação facilita a realização da manobra de ressuscitação manual por um só socorrista; ...

Item 176: RESSUSITADORES AMBU DE SILICONE NEONATAL sendo autoclaváveis para sua reutilização, Projetados sob as mais rigorosas normas técnicas internacionais, resistentes que ofereçam ao usuário uma excelente sensibilidade tátil da condição pulmonar do paciente, durante a ressuscitação manual tornando o processo mais seguro. * Dispositivo totalmente de acordo com o recente protocolo internacional de 2005 da Associação Americana do coração (Guidelines 2005, parte IV Suporte básico de Vida); * Alta eficiência na ventilação facilita a realização da manobra de ressuscitação manual por um só socorrista; ...

Item 177: RESSUSITADORES AMBU DE SILICONE PEDIÁTRICO sendo autoclaváveis para sua reutilização, Projetados sob as mais rigorosas normas técnicas internacionais, resistentes que ofereçam ao usuário uma excelente sensibilidade tátil da condição pulmonar do paciente, durante a ressuscitação manual tornando o processo mais seguro. O modelo pediátrico possui válvula de segurança, que abre exatamente à pressão de 40 Cm\H₂O, evitando a compressão excessiva, de forma que nunca se chegará a ventilar com força excessiva. ...

Questionamos: Que os itens 175, 176 e 177, não estão claros quanto as descrições dos produtos

Informamos que, em razão de falhas na especificação detalhada dos itens, os mesmos serão cancelados para que possamos fazer os ajustes necessários nas especificações e tão logo concluído, lançaremos nova licitação na mesma plataforma.

Certos do atendimento, agradecemos à atenção dispensada.

Atenciosamente,

Horizonte - CE, 19 de maio de 2023.


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



Recebido em
23/05/2023

Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Horizonte

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

À Comissão Permanente de Pregão

Att. Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida

Pregoeira

Assunto: ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO EDITAL PE 2023.02.28.2-PE

Em resposta ao pedido de esclarecimentos promovido pela empresa **OK BIOTECH**, temos a informar que:

O edital solicita:

Item 272: Tiras para glicemia caixa com no mínimo 50 tiras. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DO ORGÃO SOLICITANTE.

Item 273: Tiras para glicemia caixa com no mínimo 50 tiras. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DO ORGÃO SOLICITANTE.

Questionamos: Qual o marca do Equipamento do órgão solicitante?

Informamos que, em razão de falhas na especificação detalhada dos itens, os mesmos serão cancelados para que possamos fazer os ajustes necessários nas especificações e tão logo concluído, lançaremos nova licitação na mesma plataforma.

Certos do atendimento, agradecemos à atenção dispensada.

Atenciosamente,

Horizonte - CE, 19 de maio de 2023.


Lúcia Amare de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



Devido em
21/05/2023
Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Horizonte

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

À Comissão Permanente de Pregão
Att. Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira

Assunto: ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO EDITAL PE 2023.02.28.2-PE

Em resposta ao pedido de esclarecimentos promovido pela empresa **SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, temos a informar que:

● **O edital solicita:**

Item 272: Tiras para glicemia caixa com no mínimo 50 tiras. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DO ORGÃO SOLICITANTE.

Item 273: Tiras para glicemia caixa com no mínimo 50 tiras. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DO ORGÃO SOLICITANTE.

Questionamos: Qual o marca do Equipamento do órgão solicitante?

Informamos que, em razão de falhas na especificação detalhada dos itens, os mesmos serão cancelados para que possamos fazer os ajustes necessários nas especificações e tão logo concluído, lançaremos nova licitação na mesma plataforma.

Certos do atendimento, agradecemos à atenção dispensada.

● Atenciosamente,

Horizonte - CE, 19 de maio de 2023.

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde





PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCE



Recebido em
21/05/2023

Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Horizonte

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

À Comissão Permanente de Pregão
Att. Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira

Assunto: ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO Nº 2023.02.28.2

Em resposta ao pedido de esclarecimentos promovido pela empresa **MARK FARDAMENTOS**, temos a informar que:

O edital solicita:

Item 319: Avental descartável c/ manga longa - tamanho único confeccionado em falso tecido, impermeável a líquidos, decote com viés no acabamento, um par de tiras para amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço, gramatura 40g/m², acabamento em overlok. Embalagem com dados de identificação e procedendo C/100 unidades.

Item 320: Avental descartável c/ manga longa - tamanho único confeccionado em falso tecido, impermeável a líquidos, decote com viés no acabamento, um par de tiras para amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço, gramatura 40g/m², acabamento em overlok. Embalagem com dados de identificação e procedência c/ 100 unidades.

Questionamos: Que os itens 319 e 320 consta: Avental descartável 40 g solicitando pacote com 100 unidades, entretanto o correto seria pacote com 10 unidades, ...

Informamos que, em razão de falhas na especificação detalhada dos itens, os mesmos serão cancelados para que possamos fazer os ajustes necessários nas especificações e tão logo concluído, lançaremos nova licitação na mesma plataforma.

Certos do atendimento, agradecemos à atenção dispensada.

Atenciosamente,

Horizonte - CE, 19 de maio de 2023.


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde

