



Comissão Permanente de Pregão Horizonte <pregao@horizonte.ce.gov.br>

**Proposta de Preços PE 2022.11.10.1(SAFE)**

1 mensagem

Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE <pregao@horizonte.ce.gov.br>

22 de dezembro de 2022 às
13:37

Para: Financeiro Saúde <financeirosaudehorizonte@hotmail.com>, Francisco Carlos da Silva <fcarlosdasilva34@gmail.com>, Secretaria de Saúde de Horizonte <saude@horizonte.ce.gov.br>

Boa Tarde Srs,

Segue **PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES** do fornecedor **SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO** arrematante do GRUPO/LOTE 01 para análise técnica quanto ao equipamento/itens ofertados.

At.te

Fca Jorangela Barbosa Almeida

5 anexos

-  **PROPOSTA PE. 11.101-2022 - ATUALIZADA.pdf**
555K
-  **REGISTRO ANVISA APARELHO DE USG - DC 60 EXP.pdf**
78K
-  **CATÁLOGO DC 60 - USG.pdf**
707K
-  **MANUAL DC 60.PDF**
15095K
-  **EDITAL Nº 2022.11.10.1-PE.docx**
502K



RESPOSTA AO PEDIDO DE ANÁLISE TÉCNICA QUANTO AO
EQUIPAMENTO/ITENS OFERTADOS

À Comissão Permanente de Pregão

Att. Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida

Pregoeira

Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ANÁLISE TÉCNICA QUANTO AO EQUIPAMENTO/ITENS OFERTADOS – PE 2022.11.10.1, motivado pela **Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE..**

Em resposta ao pedido de análise técnica ao edital de Pregão Eletrônico Nº 2022.11.10.1, esclarecemos o que segue:

A COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO DE HORIZONTE/CE, encaminhou a esta secretaria a seguinte solicitação: “Proposta e os documentos complementares da proposta, da empresa SAFE que participou do certame em referência com modelo de ultrassom DC60- EXP X- Insight Mindray, para devida análise, em conformidade com Edital

Do edital:

04 (quatro) portas ativas para conexão de 04 (quatro) transdutores, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores;

O edital é claro ao solicitar que o equipamento tenha 04 portas ativas para conexão de 04 transdutores simultâneos e SEM USO DE ADAPTADORES. Ocorre que o equipamento ofertado, modelo DC-60 da marca Mindray necessita de adaptador para uso dos transdutores P7-3Ts, P8-3Ts, L14-6NE, D7-2E, L14-6WE, L9-3E, L20-5E, DE11-3E e P10-4E, conforme pode ser comprovado nas páginas 37, 64, 65, 66 e 67 do manual do operador do equipamento disponível na Anvisa

(<https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351521423201928/anexo/T15578924/nomeArquivo/809436~2.PDF?Authorization=Guest>):

Enfatizamos que o equipamento deve possuir 4 portas ativas para uso de 4 transdutores simultâneos sem adaptação, ou seja, todos os tipos de transdutores, exceto o doppler cego, devem poder ser conectados diretamente no equipamento sem nenhum tipo de adaptação.

Para o hospital, eles terão mais um item para se preocupar e com riscos de perda e necessidades técnicas de manutenção futura. O que inicialmente se apresenta como solução mais barata e de baixo custo, futuramente pode causar problemas para a administração pública e gerar mais custos ao erário. Mostra-se totalmente inapropriada a conexão do transdutor nas portas ativas, tornando exagerada a proximidade do conector de transdutor junto às pernas do médico que estará sentado à frente do equipamento, prejudicando a ergonomia do exame.





PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ




Diante dos apontamentos acima, o equipamento não atende o edital, devendo ser desclassificado já que suas portas não permitem a conexão dos transdutores sem uso de adaptadores.

Certos do atendimento ao pedido, agradecemos à atenção dispensada.

Horizonte - CE, 03 de janeiro de 2023.

● Ratificado por:


Lúcia Amaro de Araujo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde

● Analisado por:


Dr. Ciarlini de Menezes
Médico





PROPOSTA DE PREÇOS PE 2022.11.10.1-PE(PHILIPS)

1 mensagem

Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE <pregao@horizonte.ce.gov.br>

3 de janeiro de 2023 às
13:20

Para: Financeiro Saúde <financeirosaudehorizonte@hotmail.com>, Francisco Carlos da Silva <fcarlosdasilva34@gmail.com>, Secretaria de Saúde de Horizonte <saude@horizonte.ce.gov.br>

Boa Tarde Srs,

Segue **PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES** do fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA arrematante do GRUPO/LOTE 01 para análise técnica quanto ao equipamento/itens ofertados em compatibilidade com o Termo de Referência.

P.S O retorno da sessão para divulgação do resultado da análise está agendado para o dia 10 de janeiro de 2023 as 09h30.

At.te

Fca Jorangela Barbosa Almeida

12 anexos

-  **Procuração 994 - PREGÃO ELETRÔNICO 10 MILHÕES_VAL. 06.09.2023.pdf**
238K
-  **MANUAL -Affiniti 50 and 70-min.pdf**
2159K
-  **PROPOSTA - Ajustada.pdf**
261K
-  **10216710306_INMETRO_US Affiniti_50_70_VAL 12.10.2024_VRG-DIG.pdf**
1303K
-  **CBPF_Philips Bothell (EUA)_VAL 21 06 2023_Publicação.pdf**
177K
-  **ANVISA_AFFINITI US - VIGENTE.pdf**
180K
-  **CBPF_Philips Bothell (EUA)_VAL 21 06 2023_Certificação.pdf**
610K
-  **Affiniti 50-min.pdf**
1983K
-  **CBPF_Philips Medical Systems Ltda (Varginha)_VAL 04.10.2023_Publicação.pdf**
103K
-  **Cumprimento BPF.pdf**
75K
-  **D.O.U_10216710306_Affinit_Alt de Inf de Cadastro.pdf**
263K
-  **EDITAL Nº 2022.11.10.1-PE.docx**
502K



RESPOSTA AO PEDIDO DE ANÁLISE TÉCNICA QUANTO AO
EQUIPAMENTO/ITENS OFERTADOS

À Comissão Permanente de Pregão
Att. Sra. Francisca Jorângela Barbosa Almeida
Pregoeira

Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ANÁLISE TÉCNICA QUANTO AO EQUIPAMENTO/ITENS OFERTADOS – PE 2022.11.10.1, motivado pela **Comissão Permanente de Pregão de Horizonte/CE**.

Em resposta ao pedido de análise técnica ao edital de Pregão Eletrônico Nº 2022.11.10.1, esclarecemos o que segue:

A COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO DE HORIZONTE/CE, encaminhou a esta secretaria a seguinte solicitação: **PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES** do fornecedor PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA arrematante do GRUPO/LOTE 01, para análise técnica quanto ao equipamento/itens ofertados em conformidade com o Termo de Referência.

Assim passamos a discorrer: na avaliação das especificações dos equipamentos descritos no Grupo/Lote 01, apesar de alguns apresentarem informações superiores do Edital, verificamos que as mesmas vêm tornar os equipamentos mais vantajosos para o município em relação aos descritos no Edital

Diante do apontamento acima, os equipamentos atendem ao edital, e somos favoráveis a classificação da empresa.

Certos do atendimento ao pedido, agradecemos à atenção dispensada.

Horizonte - CE, 10 de janeiro de 2023.

Analisado por:


Dr. Ciarlini de Menezes
Médico

Ratificado por:


Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde

