


À empresa
LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA

Caro Licitante,

Em resposta à sua solicitação de esclarecimento acerca do Pregão Eletrônico Nº 10261/2022 relativo a AQUISIÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE VIDEOENDOSCOPIA, temos a esclarecer:

1. Não entendemos onde V.Sa., encontrou erro no edital que "afeta os princípios da legalidade e da competitividade";
2. A voltagem de energia em nosso município e em todo do Estado do Ceará é de 220V, não sendo admissível adquirir equipamento com voltagem diferente;
3. A especificação descrita na sua solicitação de esclarecimentos é divergente de nossa especificação descrita no Termo de Referência. Na especificação descrita em nosso Termo de Referência já é solicitado "um nobreak que garante 10 minutos de operação do sistema em caso de falta de energia elétrica".
4. Ademais não estamos restringindo a participação de nenhum fornecedor, tanto que na descrição onde se fala da alimentação elétrica cita que a tensão é de 220V ou **Bivolt automático**, ou seja, está permitida a participação de todos os interessados,, desde que o equipamento funcione em nossa região, atendendo ao determinado no Edital do Pregão Eletrônico Nº 2022.10.26.1.

É o que nos apresenta no momento.
Atenciosamente,



Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde