



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 09261/2022

Às 08:30 horas do dia 04 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 482/2022 de 15/07/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2022.09.26.1-PE, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 09261/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de aparelho de raio x móvel, incluindo instalação e testes de funcionalidade para atender a demanda do hospital e maternidade venâncio raimundo de sousa no município de horizonte/ce.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Aparelho raios x

**Descrição Complementar:** Aparelho Raios X Potência Aparelho: 50 A 125 KV, Tipo Aparelho: Móvel , Aplicação: Uso Médico , Tensão Alimentação: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Gerador Alta Frequência, Controle De Kv E Mas, Aci

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 188.000,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 200,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 108.500,0000 e com valor negociado a R\$ 107.000,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Aparelho raios x**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R\$ 125.000,0000	R\$ 125.000,0000	03/11/2022 16:24:35
<p><b>Marca:</b> MARCA PROPRIA  <b>Fabricante:</b> LOTUS  <b>Modelo / Versão:</b> PEGASO 500 mA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL , modelo PEGAGO 500 , Fabricante/marca: Propria. Geração de raios x em alta frequência de 125KV/500mA. Tensão de Alimentação 127/220Vac - bivolt automático - mono/bifásico, com conexão rede com plug padrão INMETRO.Potência nominal de 32KW. Tubo de RX focos 1.2/0.6 anodo giratório, cabos de alta e colimador inclusos.Disparador remoto com cabo espiralado. Gerador acoplado em sistema mecânico, com painel de comando, com deslocamento sobre rodas,com braço articulado tipo pantografico, freios manuais e porta chassis inclusos. Demais caracteriticas e componentes conforme o edital.Instalação inclusa, Garantia de 24 (doze) meses. Assistência tecnica na região. Acompanha Manual e todos os acessórios necessários para a instalação e funcionamento.Registro ANVISA n.º 80123860006 .Validade da proposta 90 (noventa) dias.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
04.864.204/0001-21	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	Não	Não	1	R\$ 180.000,0000	R\$ 180.000,0000	03/11/2022 21:53:43
<p><b>Marca:</b> CDK  <b>Fabricante:</b> CDK IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> MAG DYNAMIC C  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EQUIPAMENTO MOVEL DE RAIOS X NÃO MOTORIZADO QUANTIDADE 01 UNIDADE MARCA CDK FABRICANTE - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X LTDA MODELO MAG DYNAMIC C 500mA/150kV REGISTRO NA ANVISA: 80119610011 APRESENTAÇÃO CAIXA PROCEDENCIA NACIONAL DESCRIÇÃO TÉCNICA GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA Gerador monofásico 110/220VAC, com tomada de 3 pinos; Descarga capacitiva, condensadores; Potência 32kW Cabo de rede de 6m; Compensação automática de rede +/- 10%; Faixa de KVp de 40 a 150 KVp com ajuste de 1 KVp em 1 KVp; Faixa de mA de 10 a 500mA programaveis por software; mA 10, 12,5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500. Faixa de mAs desde 0,1 a 500 mAs; Faixa de tempo de exposição de 0,001 a 10 segundos. Comando com painel de membrana de simples toque; Disparador espiralado de 2 estágios (preparo/disparo) com 6m; Circuitos de proteção contra super-aquecimento do tubo de raios-X, falha de filamento; falha de ânodo; falha de bucky, falha de rede, falha de comunicação, falha de chaveamento e proteção térmica, com mensagens alfanuméricas correspondentes no comando; Porta detector. Freio no ânodo automático após a exposição; Comando com seleção de postos de trabalho, com bucky, sem bucky, buky horizontal, bucky vertical; Realização de exames fora da mesa, projeções oblíquas e ortogonais. PROGRAMADOR</p>							

ANATÔMICO APR APR com 400 técnicas pré programadas, com possibilidade de edição feita pelo operador, com bloqueio para valores de acordo com a curva do tubo de raios-x; O APR permite programar: Kvp, mA, mAs, tempo de exposição. COLUNA PORTA-TUBO Braço porta-tubo com extensor de 200mm e 1100mm, para movimento vertical; Giratória  $\pm 180^\circ$  acionada por pedal a cada  $45^\circ$ , montada sobre base móvel com rodas borracha. Freios mecânicos. Movimento giratório do tubo  $\pm 180^\circ$  Contrabalaneada por peso embutido para movimentação do Braço TUBO DE RAIOS X Tubo de raios-X de anodo giratório, Toshiba, unidade selada imersa em óleo isolante. Focos 0,3mm e 1,0mm. Capacidade térmica do ânodo de 140KHU. Capacidade térmica do conjunto emissor de 1250KHU. Rotação de 3200 RPM. COLIMADOR Luminoso e manual; Giratório  $\pm 90^\circ$  Rotação do campo de radiação  $90^\circ$  Totalmente revestido por lâminas de chumbo de 2mm; Diafragma regulável para localização do paciente. Com fita métrica para indicar SID; Lâmpada LED com 160Lux Timer eletrônico com desligamento automático em 30 segundos a 60 segundos; Trilhos para utilização de cones radiográficos ou filtros especiais. CABOS DE ALTA TENSÃO Par de cabo de alta tensão de 75KV ultra flexível. Equipamento e suas partes em conformidade com as NBR/IEC 60601 e particularidades.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 187.003,6000	R\$ 187.003,6000	03/11/2022 15:20:58
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** VMI TECNOLOGIAS

**Fabricante:** VMI TECNOLOGIAS

**Modelo / Versão:** AQUILLA 320S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÓVEL DE ALTA FREQUENCIA 320 MA X 125 KV  
**MODELO:** AQUILA 320S **MARCA/FABRICANTE:** "VMI TECNOLOGIAS" **PROCEDENCIA:** Nacional **REGISTRO ANVISA:** 81583780002 Aparelho de raios X móvel com gerador de raios X de alta frequência e com controle microprocessado. a. Programa anatômico de órgãos por região; b. Detecção de falhas com indicação no painel de controle. c. Potência do gerador mínima de 12 kW. d. Gerador com exposição por descarga capacitiva. e. Cabo disparador com alcance mínimo de 5 m. f. Ajustes de kV para variações de 40 até 125 kv; g. Tempo mínimo de exposição de 4 milissegundos; h. Faixa de mAs de 0,5 a 200 mAs no mínimo; i. Seleção em 20 passos ou mais para mAs; j. Indicação digital de, no mínimo, kV e mAs; k. Ajuste dos parâmetros radiológicos em painel com teclado protegido contra líquidos; l. Chave liga e desliga; Proteção térmica do tubo de raios X interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e anodo giratório. m. Estativa giratória com braço articulado ou telescópico, integrada ao conjunto sobre rodízios. n. O peso do equipamento deverá ser compensado pelo sistema mecânico de transporte, ou seja, o equipamento deverá ser de fácil locomoção. o. Gaveta porta chassis. Tubo de raios X: p. Anodo giratório para 125kv, com foco fino menor ou igual a 0,8mm; q. Capacidade térmica mínima do anodo de 100 khu, r. Rotação anodo mínima de 2800 rpm; s. Colimador manual luminoso de lâminas planas para corte em profundidade, t. Com circuito temporizador para lâmpada. u. Apresentar registro da ANVISA válido. v. Deverá possuir certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica. w. Deve possibilitar conexão a tomada simples de parede de três pinos; cabo de alimentação de comprimento mínimo de 5 m. x. Estabilização automática de tensão de rede; y. Operação em rede elétrica com tensão 220V - 60 Hz. aa. Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, etc., indispensáveis ao funcionamento solicitado.

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 188.000,0000	R\$ 188.000,0000	03/11/2022 12:08:35
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Marca:** VMI TECNOLOGIAS

**Fabricante:** VMI TECNOLOGIAS LTDA

**Modelo / Versão:** AQUILA 320 S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RADIODIAGNÓSTICO MÓVEL PROCEDÊNCIA: NACIONAL **REGISTRO ANVISA:** 81583780002 **PRAZO DE ENTREGA:** 120 (cento e vinte) dias a contar do recebimento da Ordem de Compras emitida pela Secretaria de Saúde Municipal, pelo fornecedor contratado. **PRAZO DE GARANTIA:** 24 (vinte e quatro) meses, a contar do recebimento definitivo. **PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O equipamento móvel AQUILA 320 S, incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o Estado da Arte em equipamentos móveis para raios-x. Versatilidade, Leveza, Desempenho, Alta Resolução de Imagem, Potência, Segurança, Interatividade, Produtividade, Design Moderno e Incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, fazem do AQUILA 320 S um dos mais completos e modernos equipamentos móveis para raios-x em produção no mundo. **COMANDO E GERADOR** O conjunto comando e gerador de alta tensão são controlados e supervisionados por microprocessadores em todas as funções. O chaveamento de alta tensão é realizado por IGBT's, resultando em potencial constante com baixíssimo ripple. Dispondo de tecnologia Ressonante de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBT's e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios x e componentes eletrônicos. Desenvolvido pelo grupo de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) de forma pioneira no mundo, a tecnologia da geração de raios-x com alimentação através de banco capacitivo proporciona alto desempenho, estabilidade elétrica, onde é possível obter uma alta performance e qualidade radiológica em tomada simples de três pinos de 2 kV (sem necessidade de rede especial), possibilitando sua utilização em todos os setores de um hospital: leitos, bloco cirúrgico, enfermaria, CTI dentre outros. • Potência do gerador: 35,2 kW. • Alimentação 220 Vca - 50/60 Hz. • Compensação da rede elétrica  $\pm 10\%$  da tensão nominal. **DADOS RADIOLÓGICOS** • Faixa de Variação de kV's: 40 a 125 com incrementos 1 kV. • Faixa de corrente radiográfica de 20 a 320 mA. o Foco Fino: 20/50/100/140 mA programáveis. o Foco Grosso: 200/250/320 mA programáveis. • Faixa de tempo exposição de 2ms a 5s (em conformidade com a RDC 611/2022) • Variação da faixa de mAs: 0,08 a 320 mAs. • Comandos específicos para preparo e disparo instantâneo dos raios-x. • Sistema inversor de frequência do gerador com tecnologia ressonante para maior vida útil do gerador, tubo de raios-x e redução de ruídos na rede elétrica. • Chaveamento do inversor via chaves de estado sólido IGBT's. • Frenagem inteligente via software do anodo, garantindo maior vida útil ao tubo de raios-x. **PAINEL DE OPERAÇÃO - DISPLAY COLORIDO/CONSOLE** Painel com teclado protegido contra líquidos. **PAO - Programa Anatômico de Órgãos** com 272 técnicas pré-programadas por áreas de interesse com cinco opções de seleção de ajuste de dose. Ao usuário é permitida a gravação de novas técnicas radiográficas. A temperatura interna no conjunto emissor de raios-x é informada em tempo real em indicador próprio no painel de comando, possibilitando ao operador administrar a temperatura interna do conjunto emissor de raios-x, evitando assim os bloqueios de superaquecimento. • Indicação numérica do aquecimento do tubo de Raios-X em percentual de kHU's; O equipamento móvel AQUILA 320 S disponibiliza um sistema em tempo real para detecção automática de eventuais falhas com proteção eletrônica redundante. As falhas são indicadas no painel e um alarme sonoro, visual e ativado o bloqueio da emissão dos raios-x. Um código da falha é indicado no painel. Principais proteções: • Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento). • Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente. • Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente. • Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs). **BRAÇO PORTA-TUBO PANTOGRÁFICO INTEGRADO AO CONJUNTO SOBRE RODÍZIOS** • Movimentos na horizontal, vertical e rotação lateral do braço. • Deslocamento Vertical do Braço: 140 cm • Rotação da coluna:  $\pm 45^\circ$  • Rotação do Tubo de Raios X:  $\pm 180^\circ$  • Inclinação do Tubo de Raios X:  $105^\circ (+90^\circ / -15^\circ)$  • Altura com o braço na posição de máxima extensão: 220 cm • Altura (base inferior da unidade de raios-x) na posição

de transporte: 40 cm • Freios mecânicos de posicionamentos. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NA PROPOSTA ANEXA.  
**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.458.504/0001-73	COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 188.000,0000	R\$ 188.000,0000	03/11/2022 22:38:18
<p><b>Marca:</b> AGFA  <b>Fabricante:</b> AGFA  <b>Modelo / Versão:</b> DRe 100  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Com um potente gerador, tamanho compacto, manuseio simples e fácil mobilidade, o DR 100e é um equipamento de Radiografia Digital Direta de alta qualidade e excelente custo-benefício, maximizando a eficiência diagnóstica e o conforto do paciente. Programa anatômico de órgãos por região; Detecção de falhas com indicação no painel de controle; Potência máxima de 32 kW; Gerador com exposição por descarga capacitiva; Cabo disparador com alcance mínimo de 5 m; Faixa de kV: 40 a 125 kV; Tempo mínimo de exposição de 4 milissegundos; Faixa de mA: 50- 400 (de acordo com a seleção de kV); Faixa de mAs: 0,1-110 (intervalos de 12,5%) (opcional 220); Ajuste dos parâmetros radiológicos em painel com teclado protegido contra líquidos; Chave liga e desliga; Proteção térmica do tubo de raios X interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e anodo giratório; Estativa giratória com braço articulado ou telescópico, integrada ao conjunto sobre rodízio; O peso do equipamento é de fácil locomoção, compensado pelo sistema mecânico de transporte; Gaveta porta chassis; LED de alta luminosidade; Temporizador de luz de 30 s; Trena embutida para medição de DFF (SID); Rotação do colimador: ±120°; Filtragem adicional por seleção manual (1 mm Al + 0,1 mm Cu; 1 mm Al + 0,2 mm Cu; 2 mm Al);  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 188.000,0000	R\$ 188.000,0000	03/11/2022 23:23:55
<p><b>Marca:</b> ALLIAGE  <b>Fabricante:</b> ALLIAGE  <b>Modelo / Versão:</b> Aparelho Raio X  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho Raios X Potência Aparelho: 50 A 125 KV, Tipo Aparelho: Móvel , Aplicação: Uso Médico , Tensão Alimentação: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Gerador Alta Frequência, Controle De Kv E Mas, Aci  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 282.000,0000	R\$ 282.000,0000	03/11/2022 17:20:45
<p><b>Marca:</b> Cdk  <b>Fabricante:</b> Cdk  <b>Modelo / Versão:</b> Aparelho de Raios-x  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO DE RADIODIAGNÓSTICO MÓVEL. Aparelho de raios X móvel com gerador de raios X de alta frequência e com controle microprocessado. a. Programa anatômico de órgãos por região; b. Detecção de falhas com indicação no painel de controle. c. Potência do gerador mínima de 12 kW. d. Gerador com exposição por descarga capacitiva. e. Cabo disparador com alcance mínimo de 5 m. f. Ajustes de kV para variações de 40 até 125 kv; g. Tempo mínimo de exposição de 4 milissegundos; h. Faixa de mAs de 0,5 a 200 mAs no mínimo; i. Seleção em 20 passos ou mais para mAs; j. Indicação digital de, no mínimo, kV e mAs; k. Ajuste dos parâmetros radiológicos em painel com teclado protegido contra líquidos; l. Chave liga e desliga; Proteção térmica do tubo de raios X interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e anodo giratório. m. Estativa giratória com braço articulado ou telescópico, integrada ao conjunto sobre rodízios. n. O peso do equipamento deverá ser compensado pelo sistema mecânico de transporte, ou seja, o equipamento deverá ser de fácil locomoção. o. Gaveta porta chassis. Tubo de raios X: p. Anodo giratório para 125kv, com foco fino menor ou igual a 0,8mm; q. Capacidade térmica mínima do anodo de 100 khu, r. Rotação anodo mínima de 2800 rpm; s. Colimador manual luminoso de lâminas planas para corte em profundidade, t. Com circuito temporizador para lâmpada. u. Apresentar registro da ANVISA válido. v. Deverá possuir certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica. w. Deve possibilitar conexão a tomada simples de parede de três pinos; cabo de alimentação de comprimento mínimo de 5 m. x. Estabilização automática de tensão de rede; y. Operação em rede elétrica com tensão 220V - 60 Hz. aa. Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, etc., indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia Mínima de 24 meses  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 282.000,0000	05.696.303/0001-04	04/11/2022 08:30:00:440
R\$ 188.000,0000	05.458.504/0001-73	04/11/2022 08:30:00:440
R\$ 188.000,0000	10.462.477/0001-42	04/11/2022 08:30:00:440
R\$ 188.000,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 08:30:00:440
R\$ 187.003,6000	28.767.561/0001-30	04/11/2022 08:30:00:440
R\$ 180.000,0000	04.864.204/0001-21	04/11/2022 08:30:00:440
R\$ 125.000,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 08:30:00:440
R\$ 170.000,0000	04.864.204/0001-21	04/11/2022 08:51:20:580
R\$ 187.000,0000	05.696.303/0001-04	04/11/2022 08:54:36:753
R\$ 185.000,0000	05.458.504/0001-73	04/11/2022 08:55:56:857
R\$ 169.999,9900	05.696.303/0001-04	04/11/2022 08:58:15:200
R\$ 169.000,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 08:58:17:290
R\$ 168.999,0000	05.696.303/0001-04	04/11/2022 08:58:30:440
R\$ 168.000,0000	05.458.504/0001-73	04/11/2022 08:58:57:757
R\$ 165.000,0000	04.864.204/0001-21	04/11/2022 08:59:07:210
R\$ 164.000,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 08:59:17:993

R\$ 160.000,0000	04.864.204/0001-21	04/11/2022 08:59:36:223
R\$ 159.000,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 08:59:50:723
R\$ 155.000,0000	04.864.204/0001-21	04/11/2022 09:00:26:783
R\$ 124.700,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:01:08:477
R\$ 124.500,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:01:23:287
R\$ 167.999,0000	05.696.303/0001-04	04/11/2022 09:01:34:913
R\$ 124.300,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:01:36:757
R\$ 123.000,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:01:48:537
R\$ 122.800,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:02:10:800
R\$ 122.500,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:02:21:243
R\$ 122.300,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:02:40:983
R\$ 122.000,0000	04.864.204/0001-21	04/11/2022 09:02:56:083
R\$ 121.800,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:03:09:493
R\$ 121.500,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:03:19:827
R\$ 121.300,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:03:32:413
R\$ 121.000,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:04:05:140
R\$ 120.800,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:04:18:480
R\$ 175.845,5000	28.767.561/0001-30	04/11/2022 09:04:42:290
R\$ 120.500,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:04:59:377
R\$ 120.300,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:05:08:627
R\$ 120.000,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:05:29:087
R\$ 119.800,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:05:36:533
R\$ 119.500,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:05:44:480
R\$ 119.000,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:06:03:423
R\$ 118.500,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:06:22:120
R\$ 118.000,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:06:36:060
R\$ 117.500,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:07:07:100
R\$ 117.000,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:07:15:830
R\$ 116.500,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:07:43:223
R\$ 116.000,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:07:50:940
R\$ 115.500,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:08:11:360
R\$ 115.000,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:08:24:637
R\$ 114.500,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:08:39:293
R\$ 114.000,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:08:45:847
R\$ 113.500,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:09:04:237
R\$ 113.000,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:09:21:200
R\$ 112.500,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:09:38:870
R\$ 112.000,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:09:48:203
R\$ 111.500,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:10:03:307
R\$ 111.000,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:10:13:480
R\$ 110.500,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:10:32:503
R\$ 110.000,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:10:47:493
R\$ 109.000,0000	02.659.246/0001-03	04/11/2022 09:10:58:720
R\$ 109.500,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:11:06:087
R\$ 108.500,0000	02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:11:12:190



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	04/11/2022 08:40:34	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	04/11/2022 08:50:01	Item aberto para lances.
Encerramento	04/11/2022 09:13:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/11/2022 09:13:13	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/11/2022 09:29:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Encerramento do prazo -	04/11/2022 09:49:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.



Convocação anexo		
Aceite de proposta	04/11/2022 14:09:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 108.500,0000 e com valor negociado a R\$ 107.000,0000. Motivo: CONFORME VALOR NEGOCIADO.
Habilitação de fornecedor	04/11/2022 15:39:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 108.500,0000 e com valor negociado a R\$ 107.000,0000.
Registro de intenção de recurso	04/11/2022 15:53:36	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Boa tarde, prezados. Manifestamos intenção de recurso, pois, a empresa declarada vencedora, não atende integralmente ao solicitado no edital e no termo de referência, entre eles, potência mA e outros
Aceite de intenção de recurso	04/11/2022 16:15:07	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: A empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA. manifestou intenção de recurso. Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.

Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.659.246/0001-03	04/11/2022 15:53	04/11/2022 16:15	Aceito
	<b>Motivo Intenção:</b> Boa tarde, prezados. Manifestamos intenção de recurso, pois, a empresa declarada vencedora, não atende integralmente ao solicitado no edital e no termo de referência, entre eles, potência mA e outros, os quais serão discorridos em nossa peça recursal. Obrigada.		
	<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> A empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA. manifestou intenção de recurso. Conforme item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.		

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	04/11/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	04/11/2022 08:33:52	Bom Dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 2022.09.26.1 - PE (Pregão Nº 09261/2022 - PE - Comprasnet), cujo objeto é
Pregoeiro	04/11/2022 08:34:02	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X MÓVEL, INCLUINDO INSTALAÇÃO E TESTES DE FUNCIONALIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
Pregoeiro	04/11/2022 08:34:16	Senhores licitantes, advirto e informo a todos os participantes que estamos subordinados ao Decreto Municipal Nº 21 de 01.06.18 que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a Administração Pública municipal e dá outras providências, mais conhecida como Lei anticorrupção.
Pregoeiro	04/11/2022 08:34:33	Informo a todos que a Comissão de persecução de crimes contra administração pública (órgão da Procuradoria Geral do Município) estão acompanhando todos os atos deste processo, inclusive esta abertura, para tomada de decisão imediata, mediante qualquer artifício que cause atraso, postergação, hipótese de conluio ou desistências pós abertura.
Pregoeiro	04/11/2022 08:34:39	Para todo e qualquer dano ou atraso neste processo, serão abertos processos administrativos e criminais contra protagonista do ato danoso.
Pregoeiro	04/11/2022 08:34:48	Chamo atenção quanto à elaboração da proposta de preços, a mesma deverá observar as especificações e detalhamentos dos itens constantes do termo de referência.
Pregoeiro	04/11/2022 08:34:54	Havendo divergência entre o detalhamento do Termo de Referência e das especificações constante do sistema Comprasnet, prevalecerá às especificações presentes no Termo de referência em anexo do edital.
Pregoeiro	04/11/2022 08:35:01	Deve-se observar que os bens a serem entregues deverão seguir rigorosamente aos descritivos exigidos no termo de referencia do edital.
Pregoeiro	04/11/2022 08:35:06	Iremos proceder com a análise das propostas iniciais, conforme determina o item 6.2 do edital.
Sistema	04/11/2022 08:36:21	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 04/11/2022 08:50:00.
Pregoeiro	04/11/2022 08:48:45	ITEM 01 Conforme análise, todas as Propostas estão classificadas e aptas à fase de lances. Srs. Fornecedores fiquem atentos, em alguns minutos será iniciada a fase de lances.
Sistema	04/11/2022 08:50:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/11/2022 08:50:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/11/2022 09:13:13	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/11/2022 09:13:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	04/11/2022	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Sr fornecedor existe uma melhor oferta para

		o Item 01
02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:23:38	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos verificando com a diretoria
02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:25:26	conseguimos chegar no valor de R\$ 107.000,00
Pregoeiro	04/11/2022 09:25:49	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Aguardo
Pregoeiro	04/11/2022 09:28:55	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Senhor fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, arrematante do ITEM 01, solicito que seja apresentado a Proposta de Preços adequada ao seu valor final/NEGOCIADO no prazo de até duas horas, conforme determinado em edital item 6.25.2.
Sistema	04/11/2022 09:29:03	Senhor fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
02.799.882/0001-22	04/11/2022 09:31:34	Estamos providenciando. Obrigado.
Sistema	04/11/2022 09:49:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	04/11/2022 10:15:47	Srs fornecedores Iremos enviar a proposta readequada e seus anexos para ANÁLISE TÉCNICA do setor responsável do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA do Município de Horizonte. Retomamos os trabalhos as 14:00hs de hoje com o resultado da análise e demais atos. Até já.
Pregoeiro	04/11/2022 14:05:56	Srs fornecedores Boa tarde
Pregoeiro	04/11/2022 14:06:24	Conforme informado daremos prosseguimento aos trabalhos.
Pregoeiro	04/11/2022 14:08:24	Conforme análise técnica realizada através do setor técnico do HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA na proposta consolidada apresentada pelo fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. para o ITEM 01 fica aceita, tendo em vista que a mesma atendeu aos requisitos exigidos em edital.
Pregoeiro	04/11/2022 14:08:40	Passaremos agora para análise dos documentos de HABILITAÇÃO da empresa arrematante.
Pregoeiro	04/11/2022 15:38:29	Srs fornecedores, segue resultado da análise dos documentos de habilitação do fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Pregoeiro	04/11/2022 15:39:20	Cumpridas as exigências do item 8.1 alíneas "a" "b" "c" e "d" e 8.1.1 quanto as consulta dos cadastros, e em analise aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da proponente melhor classificada, declaro HABILITADA E VENCEDORA a empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. para o ITEM 01,
Pregoeiro	04/11/2022 15:39:31	, tendo em vista que a mesma cumpriu as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Federal Nº 10.520/02.
Sistema	04/11/2022 15:39:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/11/2022 15:40:43	Conforme determina Edital item 10.10, os licitantes interessados em manifestar qualquer intenção de recurso fiquem atentos que iniciarei a fase de recurso.
Pregoeiro	04/11/2022 15:41:26	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/11/2022 às 16:10:00.
Pregoeiro	04/11/2022 16:15:27	A empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA. manifestou intenção de recurso. Conforme Item 10.9 do edital fica aberto o prazo para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	03/11/2022 13:25:23	
Abertura da sessão pública	04/11/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	04/11/2022 08:36:21	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 10. Justificativa: Analisando e aceitando as propostas
Encerramento da análise de propostas	04/11/2022 08:50:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	04/11/2022 09:13:27	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	04/11/2022 15:39:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	04/11/2022 15:41:26	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/11/2022 às 16:10:00.

Data limite para registro de recurso: 09/11/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 14/11/2022.  
Data limite para registro de decisão: 22/11/2022.



Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:16 horas do dia 04 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

*Francisca Jorangelia Barbosa Almeida*  
FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA  
**Pregoeiro Oficial**

*Kátiaana da Silva Lourenço*  
KATIAANA DA SILVA LOURENÇO  
**Equipe de Apoio**

*Francisco Leonardo Alves da Silva*  
FRANCISCO LEONARDO ALVES DA SILVA  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

