



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 04201/2022



Às 16:56 horas do dia 27 de junho de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2022.04.20.1-PE, Pregão nº 04201/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1**Descrição:** Chassi Para Radiografia**Descrição Complementar:** Chassi Para Radiografia Material: Alumínio , Aplicação: Equipamento De Raio X , Tamanho: 18 X 24 CM, Características Adicionais: Cantoneiras Em Náylon, Écrans (Verde) Lavável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 5.702,7300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00

Adjudicado para: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/06/2022 15:26:36	-	Adjudicação Individual da proposta. Fornecedor: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.767.561/0001-30, Melhor lance: R\$ 2.700,0000
Homologado	27/06/2022 16:56:19	LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA	

Item: 2**Descrição:** Chassi Para Radiografia**Descrição Complementar:** Chassi Para Radiografia Material: Alumínio , Aplicação: Equipamento De Raio X , Tamanho: 24 X 30 CM, Características Adicionais: Cantoneiras Em Náylon, Écrans (Verde) Lavável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 5.046,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00

Adjudicado para: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/06/2022 15:27:20	-	Adjudicação Individual da proposta. Fornecedor: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.767.561/0001-30, Melhor lance: R\$ 2.700,0000
Homologado	27/06/2022 16:56:21	LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA	

Item: 3**Descrição:** Chassi Para Radiografia**Descrição Complementar:** Chassi Para Radiografia Material: Alumínio , Aplicação: Equipamento De Raio X , Tamanho: 30 X 40 CM, Características Adicionais: Ecrans, Janela Identificação, Base Verde, C/ Trava**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 7.146,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00

Adjudicado para: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI , pelo melhor lance de



Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/06/2022 15:27:33	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.767.561/0001-30, Melhor lance: R\$ 4.700,0000
Homologado	27/06/2022 16:56:22	LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA	

Item: 4

Descrição: Chassi Para Radiografia

Descrição Complementar: Chassi Para Radiografia Material: Metal , Aplicação: Radiodiagnóstico , Tamanho: 35 X 35 CM, Características Adicionais: Sem Presilha, Com Ecran, Base Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.864,7700

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.540,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/06/2022 15:27:49	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.767.561/0001-30, Melhor lance: R\$ 2.540,0000
Homologado	27/06/2022 16:56:24	LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA	

Item: 5

Descrição: Chassi Para Radiografia

Descrição Complementar: Chassi Para Radiografia Material: Alumínio , Aplicação: Equipamento De Raio X , Tamanho: 35 X 43 CM, Características Adicionais: Ecrans, Janela Identificação, Base Verde, C/ Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8.998,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 8.940,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/06/2022 15:28:02	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.767.561/0001-30, Melhor lance: R\$ 8.940,0000
Homologado	27/06/2022 16:56:26	LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA	

Item: 6

Descrição: Equipamento De Raio X Tipo Industrial

Descrição Complementar: APARELHO DE RADIODIAGNÓSTICO MÓVEL. Aparelho de raios X móvel com gerador de raios X de alta frequência e com controle microprocessado. a. Programa anatômico de órgãos por região; b. Detecção de falhas com indicação no painel de controle. c. Potência do gerador mínima de 12 kW. d. Gerador com exposição por descarga capacitiva. e. Cabo disparador com alcance mínimo de 5 m. f. Ajustes de kV para variações de 40 até 125 kv; g. Tempo mínimo de exposição de 4 milissegundos; h. Faixa de mA de 0,5 a 200 mA no mínimo; i. Seleção em 20 passos ou mais para mA; j. Indicação digital de, no mínimo, kV e mAs; k. Ajuste dos parâmetros radiológicos em painel com teclado protegido contra líquidos; l. Chave liga e desliga; Proteção térmica do tubo de raios X interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e anodo giratório. m. Estativa giratória com braço articulado ou telescópico, integrada ao conjunto sobre rodízios. n. O peso do equipamento deverá ser compensado pelo sistema mecânico de transporte, ou seja, o equipamento deverá ser de fácil locomoção o. Gaveta porta chassis. Tubo de raios X: p. Anodo giratório para 12 -(ITEM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 206.666,6700

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome
Cancelado no julgamento	03/06/2022 16:57:19	-
Homologado	27/06/2022 16:56:28	LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA

Observações
Item cancelado no julgamento. Motivo: Faça saber que a Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE, determinou a ANULAÇÃO do ITEM 06 do PRECATORIO Nº 2022.04.20.1- SRP, por força de esclarecimentos ao edital correspondente, acatadas pela ordenadora de despesas.



Item: 7

Descrição: Equipamento De Raio X Tipo Industrial

Descrição Complementar: APARELHO DE RADIODIAGNÓSTICO FIXO. COMANDO E GERADOR: Gerador de raios X de alta frequência (multipulso) microprocessado; • Potência de saída do gerador mínima de 54 kW; • Alimentação trifásica: 220/380 V - 60 Hz; • Mesa de comando com painel de teclas de simples toque; • Ajustes integrados de kV para variações de no mínimo: 40 a 150 kV com sensibilidade de 1 kV; • Programa de técnicas para órgãos, pré- programável; Indicação de falhas via software em display de cristal líquido; • Unidade Selada com faixa de corrente de 50 - 600mA ou maior com comutação automática foco (fino e grosso); • Seleção para faixa de mAs mínima: de 1 a 500 mAs. • Variação dos tempos de exposição com faixa mínima de 0,002 a 5 segundos; • Indicação digital de kV, mA e mAs; • Estabilização automática de tensão de rede; • Proteção térmica do tubo de raios X interligada ao sistema de disparo. • Mostrador Digital. ESTATIVA PORTA- TUBO (ESTATIVA): • Tipo chão teto ou chão com deslocamento horizontal; • Braço porta-tubo -(ITEM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 378.250,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 10,00

Adjudicado para: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. , pelo melhor lance de R\$ 142.410,0000 , com valor negociado a R\$ 142.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/06/2022 16:49:52	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A., CNPJ/CPF: 33.255.787/0001-91, Melhor lance: R\$ 142.410,0000, Valor Negociado: R\$ 142.000,0000
Homologado	27/06/2022 16:56:29	LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA	

Item: 8

Descrição: Peça/Acessório Processamento Imagem Radiológica

Descrição Complementar: Peça/Acessório Processamento Imagem Radiológica Aplicação: Processadora , Tipo 1: Engrenagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 59.125,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 10,00

Adjudicado para: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 38.910,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	08/06/2022 15:28:14	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 28.767.561/0001-30, Melhor lance: R\$ 38.910,0000
Homologado	27/06/2022 16:56:32	LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA	

Item: 9

Descrição: Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Complementar: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Saída: 115

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 24.354,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 10,00

Adjudicado para: POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

(Handwritten mark)

Adjudicado 08/06/2022
15:29:09

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: POWERCOM BRASIL
GERADORES - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.330.128/0001-98, Melhor Lance: R\$
17.000,0000

Homologado 27/06/2022
16:56:33

LUCIA AMARO DE
ARAUJO GONDIM
FEITOSA



Fim do documento

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa

Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa
Secretária Municipal de Saúde
de Horizonte/CE