



PREFEITURA DE HORIZONTE

Secretaria de Saúde

Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

Ofício nº 32/2022

Horizonte, 15 de Março de 2022.

À Senhora,

Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Comissão de Permanente de Pregão

Prezada Senhora,

Vimos através deste, comunicar que após análise técnica da proposta da Empresa Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirúrgicos LTDA, referentes aos lotes 02, 03 e 07, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, constam itens que não estão em conformidade com o termo de referência, conforme descrito na tabela abaixo.

LOTE II		
ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO DA ANÁLISE
001	PINÇA CHERON 24CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça solicitada foi a Cheron 25 cm.
016	PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE)	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.
027	PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE)	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22cm.
034	PINÇA YASARGIL PARA TUMOR18 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling).
LOTE III		
001	PINÇA CHERON 24CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça Cheron é de 25 cm.
016	PINÇA HALSTEAD RETA 20 CM	REPROVADO

CM Av. Presidente Castelo Branco, nº 3600, Centro, CEP - 62880-333, CNPJ: 23.555.196/0001-86 3336.6050



		Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.
027	PINÇA KELLY CURVA 18 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22 cm.
031	PINÇA WINTER 29 CM Nº2 RETA	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada foi a pinça Winter 27 cm.
032	PINÇA DESJARDINS 21 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Desjardins 23 cm.
036	PINÇA YASARGIL PARA TUMOR 18 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling).
LOTE VII		
002	AFASTADOR BALFOUR VÁLVULA CENTRAL 70X100 RETA	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição, conta as medidas do afastador que não estão descritas na proposta.
005	AFASTADOR FARABEUF 13 X 12,5 MM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 13 x 125 mm.
006	AFASTADOR FARABEUF 17 X 20 MM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 20 x 170 mm.
010	AFASTADOR DEAVER 33MM X 25CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 33cm
011	AFASTADOR DEAVER 25MM X 35CM	REPROVADO





**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



		Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 36 cm.
012	AFASTADOR DE AVER 32CM X 38 MM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 38 mm x 30 cm
014	AFASTADOR DE AVER 50MM X 30 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 75 mm x 30 cm
015	ESPÁTULA RIBBON 40MM X 33CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 300 mm x 25 mm

A análise da Empresa Shopping Pro Saúde referente aos lotes 04, 06, e 11, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

A análise da Empresa X Medical e Clean LTDA referente ao lote 01, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

Atenciosamente

Danielle Alves Caliope
Direção Geral HMMVS
Mat. 011332-8
SMS Horizonte - Co





**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



PREFEITURA DE HORIZONTE
Secretaria de Saúde
Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

Ofício nº 40/2022

Horizonte, 16 de Março de 2022.

À Senhora,
Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Comissão de Permanente de Pregão

A análise da Empresa Shopping Pro Saúde referente ao lote 07, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

Atenciosamente

Danielle Alves Caliope
Direção Geral HMVRS
Direção Geral HMVRS
Mat. 011332-8
SMS Horizonte - Ce





**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



PREFEITURA DE HORIZONTE
Secretaria de Saúde
Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

Ofício nº 47/2022

Horizonte, 24 de Março de 2022.

À Senhora,

Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Comissão de Permanente de Pregão

A análise da Empresa Shopping Pro Saúde referente ao lote 09, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

Atenciosamente


Danielle Alves Calixto
Direção Geral de MVS
Mat. 011332
SMS Horizonte - Ce





PREFEITURA DE HORIZONTE
Secretaria de Saúde
Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

Ofício nº 32/2022

Horizonte, 15 de Março de 2022.

À Senhora,
Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Comissão de Permanente de Pregão

Prezada Senhora,

Vimos através deste, comunicar que após análise técnica da proposta da Empresa Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirúrgicos LTDA, referentes aos lotes 02, 03 e 07, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, constam itens que não estão em conformidade com o termo de referencia, conforme descrito na tabela abaixo.

LOTE II		
ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO DA ANÁLISE
001	PINÇA CHERON 24CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça solicitada foi a Cheron 25 cm.
016	PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE)	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.
027	PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE)	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22cm.
034	PINÇA YASARGIL PARA TUMOR 18 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling).
LOTE III		
001	PINÇA CHERON 24CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça Cheron é de 25 cm.
016	PINÇA HALSTEAD RETA 20	REPROVADO

CM Av. Presidente Castelo Branco, nº 2609, Centro, CEP - 62880-333, CNPJ: 23.858.196/0001-06 ☎ 3136.6050





		Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.
027	PINÇA KELLY CURVA 18 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22 cm.
031	PINÇA WINTER 29 CM Nº2 RETA	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada foi a pinça Winter 27 cm.
032	PINÇA DESJARDINS 21 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Desjardins 23 cm.
036	PINÇA YASARGIL PARA TUMOR 18 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling).
LOTE VII		
002	AFASTADOR BALFOUR VÁLVULA CENTRAL 70X100 RETA	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição, conta as medidas do afastador que não estão descritas na proposta.
005	AFASTADOR FARABEU 13 X 12,5 MM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 13 x 125 mm.
006	AFASTADOR FARABEU 17 X 20 MM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 20 x 170 mm.
010	AFASTADOR DEAVER 33MM X 25CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 33cm
011	AFASTADOR DEAVER 25MM X 35CM	REPROVADO



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



		Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 36 cm.
012	AFASTADOR DE AVER 32CM X 38 MM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 38 mm x 30 cm
014	AFASTADOR DE AVER 50MM X 30 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 75 mm x 30 cm
015	ESPÁTULA RIBBON 40MM X 33CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 300 mm x 25 mm

A análise da Empresa Shopping Pro Saúde referente aos lotes 04, 06, e 11, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

A análise da Empresa X Medical e Clean LTDA referente ao lote 01, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

Atenciosamente

Danielle Alves Caliope
Direção Geral HMVRS
Mat. 011332-8
SMS Horizonte - Co





**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



PREFEITURA DE HORIZONTE

Secretaria de Saúde

Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

Ofício nº 38/2022

Horizonte, 16 de Março de 2022.

À Senhora,

Francisca Jorangela Barbosa Almeida

Comissão de Permanente de Pregão

Prezada Senhora,

Vimos através deste, comunicar que após análise técnica da proposta da Empresa MSB Comércio e representações, referente ao lote 10, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, está em conformidade com o termo de referência.

Atenciosamente

Danielle Alves Caliope
Direção Geral HMVRS
Danielle Alves Caliope
Direção Geral HMVRS
Mat. 011332-8
SMS Horizonte - Ce

PREFEITURA DE HORIZONTE

Av. Presidente Castelo Branco, nº 3600, Centro, CEP - 62880-333, CNPJ: 23.555.196/0001-86 ☎ 3336.6050



PrefeituradeHorizonte



prefeitura.horizonte



www.horizonte.ce.gov.br



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



PREFEITURA DE HORIZONTE

Secretaria de Saúde

Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

Ofício nº 39/2022

Horizonte, 16 de Março de 2022.

À Senhora,
Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Comissão de Permanente de Pregão

Prezada Senhora,

Vimos através deste, comunicar que após análise técnica da proposta da Empresa Cirúrgica Boa Vista Com. Ltda - ME, referente ao lote 09, está em conformidade com o termo de referência. Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, estão em conformidade com o termo de referência.

A análise técnica da proposta da Empresa Cirurtech Comércio e Manutenção de Materiais Cirúrgicos Ltda, referente aos lotes 02 e 03, estão em conformidade com o termo de referência. Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, estão em conformidade com o termo de referência.

Atenciosamente

Danielle Alves Caliope
Direção Geral HMVRS
MMS Horizonte - Ce
1332-8





PREFEITURA DE HORIZONTE

Secretaria de Saúde

Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

Ofício nº 32/2022

Horizonte, 15 de Março de 2022.

À Senhora,

Francisca Jorangela Barbosa Almeida

Comissão de Permanente de Pregão

Prezada Senhora,

Vimos através deste, comunicar que após análise técnica da proposta da Empresa Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirúrgicos LTDA, referentes aos lotes 02, 03 e 07, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, constam itens que não estão em conformidade com o termo de referencia, conforme descrito na tabela abaixo.

LOTE II		
ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO DA ANÁLISE
001	PINÇA CHERON 24CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça solicitada foi a Cheron 25 cm.
016	PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE)	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.
027	PINÇA HEISS 20 CM CURVA (LONGUETE)	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22cm.
034	PINÇA YASARGIL PARA TUMOR18 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling).
LOTE III		
001	PINÇA CHERON 24CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição a pinça Cheron é de 25 cm.
016	PINÇA HALSTEAD RETA 20 CM	REPROVADO

CM Av. Presidente Castelo Branco, nº 3600, Centro, CEP - 62880-333, CNPJ: 23.555.196/0001-86 3336.6050



		Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Adson 20 cm.
027	PINÇA KELLY CURVA 18 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Kelly Curva 22 cm.
031	PINÇA WINTER 29 CM Nº2 RETA	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada foi a pinça Winter 27 cm.
032	PINÇA DESJARDINS 21 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Desjardins 23 cm.
036	PINÇA YASARGIL PARA TUMOR 18 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Conforme descrição, foi solicitada a pinça Transobturatória (Sling).
LOTE VII		
002	AFASTADOR BALFOUR VÁLVULA CENTRAL 70X100 RETA	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição, conta as medidas do afastador que não estão descritas na proposta.
005	AFASTADOR FARABEU 13 X 12,5 MM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 13 x 125 mm.
006	AFASTADOR FARABEU 17 X 20 MM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 20 x 170 mm.
010	AFASTADOR DEEVER 33MM X 25CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 33cm
011	AFASTADOR DEEVER 25MM X 35CM	REPROVADO





		Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 25mm x 36 cm.
012	AFASTADOR DE AVER 32CM X 38 MM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 38 mm x 30 cm
014	AFASTADOR DE AVER 50MM X 30 CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 75 mm x 30 cm
015	ESPÁTULA RIBBON 40MM X 33CM	REPROVADO Não atende as especificações contidas no termo de referência. Na descrição consta as medidas solicitadas do afastador que é de 300 mm x 25 mm

A análise da Empresa Shopping Pro Saúde referente aos lotes 04, 06, e 11, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

A análise da Empresa X Medical e Clean LTDA referente ao lote 01, encontra-se em conformidade com o termo de referência, Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2-SRP.

Atenciosamente

Danielle Alves Caliope Caliope
Direção Geral HMVRS
Mat. 011332-8
SMS Horizonte - Ce



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ



PREFEITURA DE HORIZONTE
Secretaria de Saúde
Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Sousa

Ofício nº 39/2022

Horizonte, 16 de Março de 2022.

À Senhora,
Francisca Jorangela Barbosa Almeida
Comissão de Permanente de Pregão

Prezada Senhora,

Vimos através deste, comunicar que após análise técnica da proposta da **Empresa Cirúrgica Boa Vista Com. Ltda - ME**, referente ao **lote 09**, está em conformidade com o termo de referência. Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, estão em conformidade com o termo de referência.

A análise técnica da proposta da Empresa Cirurtech Comércio e Manutenção de Materiais Cirúrgicos Ltda, referente aos lotes 02 e 03, estão em conformidade com o termo de referência. Pregão Eletrônico nº 2022.01.10.2 –SRP, estão em conformidade com o termo de referência.

Atenciosamente


Danielle Alves Caliope
Direção Geral HMVRS
1332-8
SMS Horizonte - Ce

