



3S VISION HOSPITALAR

CHRISTIAN DARIO

FILIPPELLI:01089261926

Assinado de forma digital por
CHRISTIAN DARIO
FILIPPELLI:01089261926
Dados: 2021.10.25 22:12:12 -03'00'

3S VISION HOSPITALAR
CNPJ: 37.581.390/0001-40
Rua José Roque Salton, 297 - Sala 01
Telefone: (43) 3336-7133
Londrina - PR - Brasil - CEP 86047-622



Londrina, 25 de outubro de 2021.

Inicial

A Empresa 3S VISION HOSPITALAR - COM. ATACADISTA DE PROD. HOSPITALARES E EQUIP. LTDA, sediada à Rua José Roque Salton, nº. 297 - sala 01; Terra Bonita - CEP: 86.047-622; Londrina - PR, apresenta a seguinte proposta:

À

Prefeitura Municipal de Horizonte – CE / Secretaria Municipal de Saúde.

Ref.: Pregão Eletrônico nº. 2021.10.04.1-SRP - Processo nº. 1501001/21

UASG: 981253 - Local: www.comprasnet.gov.br

DATA DA ABERTURA: 26 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 08h:30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

6.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca / Fabricante	Modelo / Anvisa	V. Unitario	V. Total
2	OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.	UND	2	MARCA: MOBIL SAUDE / FABRICANTE: SHENZHEN	MODELO: PC-66B / ANVISA: 80889469003	R\$ 2.290,00	R\$ 4.580,00
5	MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possuir suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12".	UND	3	MARCA / FABRICANTE: COMEN	MODELO: STAR8000E / ANVISA: 80047300722	R\$ 16.900,00	R\$ 50.700,00
6	APARELHO DE ANESTESIA - Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos-mórbidos. Estrutura em material não oxidante. Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos e neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nítrico (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nítrico (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01	UND	1	MARCA / FABRICANTE: COMEN	MODELO: AX400 / ANVISA: 80047300757	R\$ 169.900,00	R\$ 169.900,00



3S VISION HOSPITALAR
 CNPJ: 37.581.390/0001-40
 Rua José Roque Salton, 297 - Terra Bonita
 Londrina - PR - Brasil - CEP 86.047-622
 Telefone: (43) 3336-7133

	tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 manguelras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nítrico e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.						
9	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possuir :5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular ; Tamanho de 10" a 12". Não Possuir Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco ; Sem agentes Anestésicos e sem índice de sedação anestésica.	UND	4	MARCA / FABRICANTE: COMEN	MODELO: STAR8000E / ANVISA: 80047300722	R\$ 29.900,00	R\$ 119.600,00
12	CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração. Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos (03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts.	UND	2	MARCA / FABRICANTE: COMEN	MODELO: STAR5000 / ANVISA: 80047300645	R\$ 22.400,00	R\$ 44.800,00
						TOTAL	R\$ 389.580,00

CONFORME CATALOGOS EM ANEXO

Dados Bancários: > Banco do Brasil - Agência: 3142-9 /
 Conta Corrente: 38.755-X.
 CNPJ/MF nº. 37.581.390/0001-40.
 Insc. Est. nº. 90852285-09.
 Insc. Munic. Nº 274.046-0.

Validade da Proposta: Conforme Edital, 60 (sessenta) dias.
 Condição de Entrega: Conforme Edital, em até 30 (trinta) dias.
 Condição de Pagamento: Conforme Edital, ITEM 14.2.1 - em até 30 (trinta) dias.
 Prazo de Garantia: Conforme Edital, mínimo 12 (doze) meses.
 Local de Entrega: Conforme Edital.
 Frete : CIF (PAGO).

CHRISTIAN DARIO

FILIPPELLI:01089261926

Assinado de forma digital por
 CHRISTIAN DARIO
 FILIPPELLI:01089261926
 Dados: 2021.10.25 22:12:29 -03'00'

**3S Vision Hospitalar - Com. Atacadista de Prod. Hosp.
 e Equip. LTDA**

CNPJ/MF nº. 37.581.390/0001-40

Christian Dario Filippelli

Argentino / Solteiro / Empresário - Administrador

RG: V476261V - PF/PR

CPF nº. 010.892.619-26




Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa; Empresa de Pequeno Porte; MEI, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a este título.

Oxímetro de Pulso - PC66B

Código	MBOX-66B-ADULTO
Código	MBOX-66B-NEONATO



DESCRIÇÃO COMERCIAL

O oxímetro de pulso portátil PC-66B oferece conforto para monitoramento em tempo real, leve e permite que sejam enviados relatórios para análise dos eventos de dessaturação, queda de SpO₂, aumento ou diminuição da frequência cardíaca.

Também é possível configurar alarme sonoro e visual para alertar ao enfermeiro, cuidador ou usuário de que o parâmetro está abaixo ou acima do ideal. Este equipamento é excelente para você que quer monitorar seus sinais vitais sem causar desconforto, tudo isso por meio de um exame simples e rápido. Pode ser usado em casa, no hospital, em emergências médicas, resgates, na medicina desportiva e em estabelecimentos médico-sociais. Ele é clinicamente aprovado e seu visor exibe todos os dados necessários.

É possível ver a taxa de repetição do pulso como histograma. O Oxímetro de Pulso é adequado para uso pessoal em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (IRC) ou Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), em hospitais (inclusive uso clínico em medicina interna, cirurgia, anestesia, pediatria, tratamento intensivo, entre outros).

DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Tipo de tela: LCD de matriz de pontos coloridos
- SpO₂ - variação de tela: 35%-99%
- SpO₂ - acuracidade de medição: $\leq 3\%$ para SpO₂, variação de 70% a 100%.
- FC - variação de tela: 30-240 bpm
- FC - acuracidade de medição: $\pm 2\text{bpm}$ ou $\pm 2\%$
- Energia necessária: 1 bateria de lítio recarregável 3.70V/500mAh2
- Índice de perfusão (PI): 0,2%~20%
- Fonte de alimentação: 10-240 V, 50/60Hz, 0,5A
- Classe de proteção contra choque elétrico: Classe II
- Grau de proteção contra penetração nociva de água: IP22
- Modo de operação: contínua
- Tempo de operação contínua (com a tela desligada): 15 horas

GARANTIA: 1 ANO PARA O EQUIPAMENTO E 3 MESES PARA O SENSOR SpO₂.

RESUMO COMERCIAL

- Prático e facilmente transportável
- Tela LCD 2,2"
- Exibe SpO₂, Frequência Cardíaca, Índice de perfusão Pulmonar, Barra de Pulso
- Permite o Monitoramento contínuo
- Alimentação e carregador bi volt
- Alarme Sonoro configurável
- Até 384 horas de armazenamento de dados
- Baixo consumo de bateria
- Modelos adulto e pediátrico/neonatal
- SOFTWARE SEM NECESSIDADE DE LICENÇA (FREWARE) - BAIXADO DIRETAMENTE NO SITE.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Dados do Produto	
Nome da Empresa	MOBIL SAÚDE COMERCIAL LTDA
CNPJ	14.727.893/0001-86
Autorização	8.08.894-6
Produto	Oxímetro de pulso Mobil Saúde

Modelo Produto Médico
Oxímetro de pulso Mobil Saúde PC-66B


Tipos de Análise	Análises	Exatidão, data e tempo de validade
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Oxímetro
Registro	80889469003
Processo	25351402436201907
Fabricante Legal	SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

COMEN



contato@1000medic.com.br
(46) 3224-7700



STAR800E

Parâmetros:

Básico: ECG, R-SP, SpO2, PR, PNI, TEM

Opcional: SPO2 Máximo, Cap, 2PI, Impressora

Especificação do produto:

Modo: Adulto, Pediátrico e Neonatal

Tela: LCD de 12,1" TFT

Alarme: 3 níveis

Bateria: Mais de 2 horas

Exibição de forma de onda: Sim

Tendências: 96 horas

Interface: Recurso Compatível com Monitoramento Central, suporta conexão sem fio e com fio

Anti-interferência: Sim

Análise de arritmia: Sim, 13 tipos

Análise de segmento ST: Sim

SpO2 digital baixa perfusão: Sim

Alça de transporte: Sim



Seis Parâmetros



Tela de 12"







Multi-Linguagem



Alta capacidade de Bateria



Sistema Central de Monitorização



IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

1000MEDIC DIST.IMP'EXP DE MED LTDA

Rua Lídio Oltramari, 1796, Fraron, Pato Branco - PR

sac@1000medic.com.br (46) 3224-7700



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Dados do Produto	
Nome da Empresa	MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ	03.580.620/0001-35
Autorização	8.00.473-0
Produto	Monitor de pacientes multiparâmetro

Modelo Produto/Rótulo
STAR8000E
STAR8000EX
STAR8000F
STAR8000FX
STAR8000H
STAR8000HX


Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Monitor de Sinais Vitais
Registro	80047300722
Processo	25351509486201914
Fabricante Legal	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	30/09/2029

COMEN

AX-400

MÁQUINA DE ANESTESIA




1000Medic Distribuidora de Produtos para Saúde

R. Lúcio Oltramari, 1796, Fraron - CEP 85503-381, Pato Branco / PR

+55 46 3224-7700 +55 46 9 8820-6886

www.1000medic.com.br



Especificações Técnicas

Dimensões da máquina completa

Tamanho	773,5mm*1370mm*598mm
Peso	90kg (configuração padrão, sem vaporizador de anestesia e cilindro de gás)
Prato superior	
Capacidade máxima de suporte	350kg
Dimensões operacionais	508mm*235mm
Bancada de trabalho	
Capacidade máxima de suporte	20kg
Dimensões operacionais	465mm*275mm
Corrimão	
Comprimento	412mm
Gavetas	
Tamanho	416mm*395mm*170mm
Suporte para bolsa de gás	
Tamanho	Comprimento: 320mm Altura: 240mm
Rodas de transporte	
Tamanho	4 rodas de 5 polegadas
Monitor	
Tipo	TFT LCD com toque na tela
Tamanho	AX400 8,4 polegadas
Resolução	800x600 pixels
Características	
Processo de anestesia	Aberto, semi fechado, circuito fechado
Paciente	Projetado para adultos e pediátrico
Interface	Todas interfaces para configuração de medidas incluídas
Modo	Modo Standby disponível
Configuração	Possibilidade de configuração de observação
Monitoramento	Incluso função de monitoramento de acordo com EN-740

Especificações do ventilador

- Ventilação de controle de volume (VCV/VC) com de compensação de maré.
- Ventilação por controle de pressão (PCV/PPC).
- Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV/VACI) (volume e pressão), (SIMV-VC, SIMV-PC).
- Controle de volume com pressão regulada (PRVC).
- Ventilação com suporte de pressão (PSV).
- Ventilação manual e automática.


Princípio de ventilação

Cronométrica, volumétrica e barométrica
Eletronicamente controlado por direção elétrica ou pneumática

Variação dos parâmetros de ventilação

Parâmetros de monitoração

Volume de maré, fluxo inspiratório e expiratório, volume por minuto, frequência, pressão (Pmean, Pplat, Ppeak), oxigênio, CO₂, N₂O e concentração expiratória halogenada, pressão, oxigênio, CO₂, N₂O e valores numéricos halogenados, pressão, volume e curvas de fluxo, conformidade e resistência do paciente.



Varição do volume de maré	15-1500ml
Configurações de incremento	• 20-100ml (incremento de 5ml). • 100-300ml (incremento de 10ml). • 300-1500ml (incremento de 25ml).
Varição de pressão (inspiração)	5-70cm H2O (incremento de 1cm H2O)
Varição de pressão (limite)	10-100cm H2O (incremento de 1cm H2O)
Varição de pressão (suporte)	3-60cm H2O (incremento de 1cm H2O)
Varição da taxa	• 4-100bpm (incremento de 1bpm) (VCV, PCV). • 4-60bpm (incremento de 1bpm) (SIMV, PSV).
Varição de razão inspiratória/expiratória	4:1-1:10 ajustável (incremento de 0,5) (VCV, PCV)
Gatilho	0,5-15 l/min
Frequência	4-100C/min mínimo
Expirador de final positivo e pressão (PEEP)	
Tipo	Integrado, controlado eletronicamente
Varição	OFF, 4-30cm H2O (incremento de 1cm H2O)
Performance do ventilador	
Varição de pressão na entrada	0,28-0,6MPa
Pico de fluxo de gás	100l/min * gás fresco
Varição da válvula de fluxo	1-100l/min
Varição da compensação de fluxo	200ml/min - 15l/min
Monitoramento do ventilador	
MV (quantidade de ventilação por minuto)	0-100l/min
TV (inspiratório e expiratório volume de maré)	0-2500ml
FiO2	18-100%
Ppeak (pico de pressão do canal de gás)	20-120cm H2O
Pmeant (pressão média)	20-120cm H2O
Pplat (pressão média)	0-120cm H2O
IE (razão inspiratória/expiratória)	4:1-1:12
Frequência (taxa respiratória)	0-120bpm
Conformidade	0-250ml/cm H2O
Bruto	0-500cm H2O (s/l)
Performance de ventilação	
Pressão de direção	280-600kPa
Fluxo de inspiração	Fluxo máximo de inspiração não deve ser menor que 120l/min quando a pressão de suprimento de gás for 280kPa.
Varição de válvula de fluxo	3-100l/min
Média de limitação de controle de pressão para ventilação	1. Controlada pela válvula de alívio eletrônica dentro do ventilador; 2. Controlada pela válvula de alívio mecânica dentro do ventilador;
Precisão do ventilador	
TV	• <75ml: ±10ml. • ≥75ml, <1500ml: ±20ml ou 10% do valor definido, o que for maior.
PCV	• Pressão inspiratória: ±3,0cm H2O, ±8% ou valor definido, o que for maior. • Limite de pressão: ±4,0cm H2O, ±10% ou valor definido, o que for maior. • Pressão positiva expiratória final: OFF: não definida; 3-30cm H2O: ±2,0cm H2O, ±10% ou valor definido, o que for maior.
Frequência	• 1 C.P.M., ±5% do valor definido, o que for maior. • 2:1-1:4: ±10% do valor definido.
IE	• Outras variações: Não definido.




Tip: Ti	• 20%-60%: $\pm 15\%$ do valor definido. • Outras variações: Não definido.
Configurações de alarme	
Volume de maré	• Alto: 5-1600ml • Baixo: 0-1595ml • Alto: 20-100% • Baixo: 18-98%
Oxigênio inspirado	2-100cm H ₂ O
Alta pressão	30s
Alarme de apnéia	
Alarme	Alarme sonoro e visual com mensagem lembrete de desconexão, sobrepresão, sensor de corrente, volume por minuto, FiO ₂ , frequência, vazamento, falha de máquina, falta de gás, apnéia, afogamento do paciente e etc.
Acesso ao alarme	Fácil acesso por atalhos
Medidores de fluxo	
Tipo	Medidor de fluxo mecânico e eletrônico opcionais
Variação de N ₂ O	0-10L/min
Variação de ar	0-10L/min
Variação O ₂	0-10L/min
Dispositivo proporcional	Equipado com um sistema de segurança que garante pelo menos 23% de concentração de O ₂
Suprimento de gás	
Condutor de gás	O ₂ , N ₂ O, Ar
Cilindro de gás em Standby	O ₂ , N ₂ O
Conexão do condutor de gás	NIST
Conexão de cilindro em Standby	PISS
Características	Fácil troca entre cilindros sem interrupção da ventilação
Especificações do circuito de respiração	
Medidor do sistema de pressão	
Precisão	$\pm 2,5\%$ escala completa
Valvula ajustável de limite de pressão (APL)	
Variação	1-75cm H ₂ O
Indicação de botão tátil	>30cm H ₂ O
Precisão	$\pm 1,0$ cm H ₂ O
Pressão inicial	1cm H ₂ O
Parâmetros do circuito de respiração	
Conformidade	4mL/100Pa
Válvula de volume de CO ₂	Compensação automática por perda de compressão dentro do circuito de respiração no modo mecânico
Armadilha de água	Por volta de 1500
Características	7mL, facilmente desmontável
Monitoramento de gás	Aquecida a 134°, removível, fácil de desmontar e esterilizar
Módulos de Dióxido de Carbono	
Tipo	ETCO ₂ fluxo principal, ETCO ₂ fluxo secundário
Método	Absorção infravermelho
Tipo de módulo	Faseamento de fluxo principal e fluxo secundário
Exibição	Números e curvas exibidos na tela
Atraso de alarme	1-10s (tamanho do passo: 1s)

Varredura	6,25mm/s, 12,5mm/s
Módulo de agente anestésico (AG)	
Pressão máxima de som para alarme baixo	79dB
Modo de medição	Fluxo secundário
Tipo de módulo	Faseamento módulo ISA AG
Precisão	±10ml/min ou ±10%, o que for maior
Parâmetros monitorizados	CO ₂ , N ₂ O, AA, MAC, O ₂ pragmático e BIS
AGSS ativo	
Alto fluxo, baixo vácuo	
Aplicado com ISO 8835-3:1997	
Fluxo de sucção: 50-80L/min	
Resistência: 0,75kPa, 75L/min	
Filtro: Tela de aço inoxidável com 140-150µm de diâmetro	
Alimentação e bateria reserva	
Bateria reserva	120 minutos
Tipo de bateria	Bateria de Li-ion interna, 11,1 VDC, 4400 mAh
Tempo de carregamento	Aproximadamente 8 horas (em modo de operação ou modo Standby)
Alimentação	4 tomadas, mínimo de 220V
ACGO	
Corrector	Tipo de encaixe coaxial de 22mm (externo) e 15mm (interno)
Contrapressão gerada na parte traseira do vaporizador de anestesia e na parte frontal do ACGO durante o rápido carregamento de oxigênio	<2kPa
Descarga de O ₂	
100% rápido oxigênio	
Vaporizador	
Marca	COMEN
Trava	Dois vaporizadores com sistema de trava interligada
Reconhecimento automático	Máquina de anestesia capaz de automaticamente reconhecer gases halogenados
Alimentação (Sem transformação de isolamento)	
Suprimento de energia externa AC	
Voltagem de entrada	100 a 240V/100 a 120V
Corrente de entrada	8,5 a 3,5A/8,5A
Frequência de entrada	50/60Hz
Corrente de vazamento	<500µA
Suprimento de saída auxiliar	
Voltagem de saída	100 a 240V/100 a 120V
Frequência de saída	50/60Hz
Alimentação (Com transformação de isolamento)	
Suprimento de energia externa AC	
Voltagem de entrada	100 a 120V/220 a 240V
Corrente de entrada	8,5/3,5A
Frequência de entrada	50/60Hz
Corrente de vazamento	<500µA
Suprimento de saída auxiliar	
Voltagem de saída	100 a 120V/220 a 240V
Frequência de saída	50/60Hz
Máquina principal	
Temperatura de trabalho	10-40°C
Umidade relativa (não condensada)	15-95%
Pressão atmosférica	70-106kPa

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Dados da Empresa	
Nome da Empresa	MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ	03.580.620/0001-35
Autorização	8.00.473-0
Produto	Máquina de Anestesia

Modelo Produto
AX-400
AX-400A
AX-500
AX-500A


Tipo de Arquivo	Arquivos	Exatidão (data e hora de registro)
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Aparelho de Anestesia
Registro	80047300757
Processo	25351200717202052
Fabricante Legal	SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	06/04/2030

COMEN



contato@1000medic.com.br
(46) 3224-7700



STAR5000

Monitor Obstétrico

STAR5000

Monitor Fetal

Características Principais:

FHR, TOCO, FM, ARM, Impressora

Carregador de Bateria

Monitoramento fetal, estimulador fetal

Parâmetro de segurança

Aprovação ISO 13485:2003, marcação CE de acordo com MDD95/42/EEC

Características físicas:

Tamanho do produto: 340mm x 270mm x 95mm

Peso líquido: 5,5kg, com bateria

Tela: 12" LED TFT colorida sensível ao toque

Resolução: 800x600

Método: Dobrável

Ambiente de Operação

Temperatura de trabalho: 0-40°C

Umidade: 15-85%

Fonte de energia: AC100-250V, 50/60Hz

Tipo de bateria: Bateria recarregável de Lítio

Capacidade da bateria: 14.8V DC 4400mAh

Tempo de recarga: 6,5 horas no máximo

Tempo de trabalho: 5 horas de funcionamento contínuo

Interface: USB (entrada ou saída de dados, atualização)

Entrada da fonte de energia AC

Interface de cabo de parâmetro

Porta RS232 / Porta RJ45

Dados: Entrada/saída (casos dos pacientes)

Armazenamento de dados:

Casos de paciente: 3000 grupos

NIBP Recall: 2000 grupos

Gráfico de tendências: 120 horas

Gravação

Impressora: Térmica, Integrada;

Largura do registro: 152mm

Papel de gravação: 152mm*90mm ou
152mm*100mm, Z-fold,
Termo sensível

Velocidade de impressão: 25mm/s (traços armazenados)

Avanço de papel: 1/2/3cm/min selecionáveis

Velocidade:

Impressora laser externa: Suportada

Ultrassom

Técnica: Pulso Doppler por ultrassom com autocorrelação

Taxa de repetição de pulso: 1 MHz

Ultrassom: 1.0MHz $\pm$ 1%

Faixa FHR: 30bpm- 250bpm

Resolução: 1bpm

Precisão: $\pm$ 1 bpm

TOCO:

Faixa TOCO: 0-100 Relativo (%)

Resolução: $\pm$ 1%

Modo Zero: Manual

Erro não-linear: $\pm$ 8%

Movimento Fetal (FM)


Modo: Auto; manual

Estimulador Fetal

Método: Vibração

Modo: Manual (3 tempos), contínuo

Tensão: DC 3V, (2 pilhas AA)



IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA

Rua Lídio Oltramari, 1796, Fraron, Pato Branco - PR

sac@1000medic.com.br (46) 3224-7700

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Dados da Empresa	
Nome da Empresa	MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ	03.580.620/0001-35
Autorização	8.00.473-0
Produto	MONITOR FETAL E MATERNAL

Modelo Produto (Marca)
STAR5000
STAR5000C
STAR5000D
STAR5000E

Tipo de Análise	Análise	Expediente, data e local de emissão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Monitor de Sinais Vitais
Registro	80047300545
Processo	25351161103201544
Fabricante Legal	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	27/04/2025

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE HORIZONTE – CE
REFERENTE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.04.1-SRP

Inicial
Adriana
530
PAGINA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.04.1-SRP DE HORIZONTE-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	MODELO	ORIGEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	ALERS	ALI PPP AC	NACIONAL	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 12.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: Quarenta e oito mil reais.

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA
13	CAMA PPP Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. GARANTIA: CONFORME EDITAL

- 1) **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 2) **Dos Prazos de Entrega e de Execução dos Serviços:** Entrega única de todos os itens em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela administração, no local definido na ordem de compra.
- 3) **Do Prazo de Pagamento:** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.
- 4) **Garantia:** Declaramos que a garantia será prestada conforme edital.
- 5) **Declaramos que,** estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acaçamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos, estão incluídos todos os encargos previdenciários; fiscais (ICMS e outros); comerciais; trabalhistas; tributários; materiais; embalagens; fretes; seguros; tarifas; descarga; transporte; instalação; responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os produtos, objeto desta licitação.
- 6) Declaramos que a assistência técnica dos produtos ofertados será prestada no estado do Ceará.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

26 de outubro de 2021.



FABRICANTE: ALFRES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME - BRASIL
ALF-CH-01 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO COM PINTURA
ALF-CH-02 - CAMA HOSPITALAR INOX
ALF-CH-03 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-04 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-05 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-06 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-07 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-08 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-09 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-10 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-11 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-12 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-13 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-14 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-15 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-16 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-17 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-18 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-19 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-20 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-21 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-22 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-23 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-24 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-25 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-26 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-27 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-28 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-29 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-30 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-31 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-32 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-33 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-34 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-35 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-36 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-37 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-38 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-39 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-40 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-41 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-42 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-43 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-44 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-45 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-46 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-47 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-48 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-49 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-50 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-51 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-52 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-53 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-54 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-55 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-56 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-57 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-58 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-59 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-60 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-61 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-62 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-63 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-64 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-65 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-66 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-67 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-68 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-69 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-70 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-71 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-72 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-73 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-74 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-75 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-76 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-77 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-78 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-79 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-80 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-81 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-82 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-83 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-84 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-85 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-86 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-87 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-88 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-89 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-90 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-91 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-92 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-93 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-94 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-95 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-96 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-97 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-98 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-99 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-100 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-101 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-102 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-103 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-104 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-105 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-106 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-107 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-108 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-109 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-110 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-111 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-112 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-113 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-114 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-115 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-116 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-117 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-118 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-119 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-120 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-121 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-122 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-123 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-124 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-125 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-126 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-127 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-128 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-129 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-130 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-131 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-132 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-133 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-134 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-135 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-136 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-137 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-138 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-139 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-140 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-141 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-142 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-143 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-144 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-145 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-146 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-147 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-148 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-149 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-150 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-151 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-152 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-153 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-154 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-155 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-156 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-157 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-158 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-159 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-160 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-161 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-162 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-163 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-164 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-165 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-166 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-167 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-168 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-169 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-170 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-171 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-172 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-173 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-174 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-175 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-176 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-177 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-178 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-179 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-180 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-181 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-182 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-183 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-184 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-185 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-186 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-187 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-188 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-189 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-190 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-191 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-192 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-193 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-194 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-195 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-196 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-197 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-198 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-199 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-200 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-201 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-202 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-203 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-204 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-205 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-206 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-207 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-208 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-209 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-210 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-211 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-212 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-213 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-214 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-215 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-216 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-217 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-218 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-219 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-220 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-221 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-222 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-223 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-224 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-225 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-226 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-227 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-228 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-229 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-230 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-231 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-232 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-233 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-234 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-235 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-236 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-237 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-238 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-239 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-240 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-241 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-242 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-243 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-244 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-245 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-246 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-247 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-248 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-249 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-250 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-251 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-252 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-253 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-254 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-255 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-256 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-257 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-258 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-259 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-260 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-261 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-262 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-263 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-264 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-265 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-266 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-267 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-268 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-269 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-270 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-271 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-272 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-273 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-274 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-275 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-276 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-277 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-278 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-279 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-280 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-281 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-282 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-283 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-284 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-285 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-286 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-287 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-288 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-289 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-290 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-291 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-292 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-293 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-294 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-295 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-296 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-297 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-298 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-299 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-300 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-301 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-302 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-303 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-304 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-305 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-306 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-307 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-308 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-309 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-310 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-311 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-312 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-313 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-314 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-315 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

ALF-CH-316 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-317 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-318 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-319 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX
ALF-CH-320 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INOX

FABRICANTE: SHANGHAI UNION MEDICAL IMP & EXP CO, LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR
Códigos: ESCOVAS DE ROBINSON COLOR BRUSH- PINCEL: branca - BBP14WG-A, branca - BBP14WG-T, azul - BBP14WG-B, rosa - BBP14WG-R, rosa - BBP14WG-P, amarela - BBP14WG-Y, azul - BBP14WG-P-A, rosa - BBP14WG-P-A, rosa - BBP14WG-P-A, amarela - BBP14WG-P-A, ESCOVAS DE ROBINSON COLOR BRUSH- TAÇA: branca - BBP14WG, branca - BBP14WG, azul - BBP14WG-B, rosa - BBP14WG-R, rosa - BBP14WG-P, amarela - BBP14WG-Y, azul - BBP14WG-P-A, ESCOVAS DE ROBINSON COLOR BRUSH- MICRO PINCEL: rosa - BBP14WG-P, amarela - BBP14WG-Y, azul - BBP14WG-B, rosa - BBP14WG-R, branca - BBP14WG-BB
CLASSE: I 8114440001
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

ARTHEX DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 8.09785-6
Caixa/Estoque para Instrumental Cirurgico 23531.109695/2017-01
Caixa para Esterilização - Radol

FABRICANTE: ARTHREX INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
AR-8916C-18; AR-8916C-21; AR-8916C-25
AR-1766; AR-1992; AR-2255CG; AR-3130C; AR-4156C; AR-4160C; AR-4200C; AR-5025C; AR-8321; AR-8322; AR-8670C; AR-8808; AR-8941C; AR-8932C; AR-7000SC-1; AR-7000SC-2; AR-8944C; AR-8903C; AR-8860C; AR-8931C; AR-8943C-32; AR-5025C; AR-3130C; AR-3015C; AR-8949C; AR-8941C-PC1; AR-8953C; AR-8950C-GC; AR-8950C-34; AR-8950C-33; AR-8950C-29
CLASSE: I 80978560021

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Caixa/Estoque para Instrumental Cirurgico 23531.117740/2017-03
Caixa para Esterilização - Radol

FABRICANTE: ARTHREX INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
AR-1279C Caixa para Instrumental minimamente invasivo hamstring harvesting (425mm x 107mm); AR-600GC Caixa para Instrumental Power System 600 Basket Holder (555mm x 272mm); AR-8944C-SC Caixa para parafusos para fuso do antepé (504mm x 230mm); AR-8946C Caixa para parafusos de baixo perfil 4,5/ 6,7mm (310,1mm x 232,2mm); AR-1200-C14 Caixa para Instrumental The Arthrex SportKnee, 14mm (513,6mm x 241,8mm); AR-1200-C17 Caixa para Instrumental The Arthrex SportKnee, 17mm (513,6mm x 241,8mm); AR-1200-C20 Caixa para Instrumental The Arthrex SportKnee, 20mm (513,6mm x 241,8mm); AR-8850DC Caixa para Instrumental para liberação do túnel do corpo Centrilite (279,4mm x 137,16mm); AR-8900GC Caixa para Instrumental coletor de enxerto ósseo (279,1mm x 241,6mm); AR-1344C Caixa para elevador tissular (291,8mm x 247,1mm); AR-1359C Caixa para Instrumental de fixação cortical ACL PCL (517,4mm x 241,3mm); AR-14003C Caixa para sistema SuturePlate (314mm x 234mm); AR-1596C Caixa para parafusos bloco comite (381mm x 248,92mm); AR-2850C Caixa para Instrumental Partial Eclipse (514mm x 242mm); AR-300GC Caixa para Instrumental Power System 300 Basket Holder (281mm x 273mm); AR-1866RC Caixa para Instrumental guia Retrodrill (247,65mm x 228,6mm); AR-1896RC Caixa para Instrumental ACL Revision (301,5mm x 248,92mm); AR-1900C Caixa para Instrumental ACL Cruciate (337,19mm x 163,53mm); AR-1934-24C Caixa para Bio-SutureLok de 2,4mm (308mm x 81mm); AR-1934C Caixa para Instrumental Bio-SutureLok (308mm x 81mm); AR-1966 Caixa para Instrumental Medial Alligraft (533,4mm x 241,3mm); AR-1985C Caixa para Instrumental Medidores/ Temps OATS (215,7mm x 80,9mm); AR-2180 Caixa para Instrumental para talos, abuturas 16 (355,6mm de comprimento); AR-2180M Caixa para Instrumental Master (329,69mm x 283,75mm); AR-2180W Caixa para Instrumental WristBone (365,76mm x 259,84mm); AR-3002C Caixa para cunhas (160,27mm x 129,79mm); AR-4006C Caixa para Instrumental de sistema de reparo e ressecção tumoral (381mm x 222mm); AR-4007C Caixa para Instrumental sistema manual Dart Joytek (316,61mm x 88,9mm); AR-4096 Caixa para Instrumental de estocagem de trabalho Alligraft OATS (533,2mm x 247,1mm); AR-4097 Caixa para Instrumental Alligraft OATS, tamanho 15, 18, 20 e 22,5mm (540,3mm x 254,3mm); AR-4098 Caixa para Instrumental Alligraft OATS, tamanhos 25, 27,5, 30 e 35mm (540,3mm x 254,3mm); AR-6512 Caixa para Instrumental básico para artroscopia de quadril (514,35mm x 241,3mm); AR-6517C Caixa para Instrumental para artroscopia de quadril master (511mm x 241mm); AR-6517WC Caixa para Instrumental para Instrumental de WristBone (521,97mm x 248,92mm); AR-8402C Caixa para Instrumental de ombro (519mm x 242mm); AR-5068RC Caixa para Instrumental para sistema de sutura SutureLasso TM SD (502,92mm x 228,6mm); AR-601-C1 Caixa para Instrumental Balance UKA Knee C1 (527,25mm x 241,55mm); AR-601-C2 Caixa para Instrumental Balance UKA Knee C2 (483,87mm x 234,44mm); AR-7700C Caixa para Instrumental para reconstrução de cotovelo UCL (685,5mm x 312,

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME		
CNPJ	19.338.456/0001-94	Autorização	8.15.131-8
Produto	CAMA HOSPITALAR		

Modelo Produto Médico

ALF CFB 1 - CAMA FAWLER BALCÂNICA EM INOX

ALF-CHI AC03 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO INFANTIL COM PINTURA

ALF PPP AC - CAMA HOSPITALAR PPP - PRÉ PARTO, PARTO E PÓS PARTO EM AÇOCARBONO COM PINTURA

ALF-CHI 104 - CAMA HOSPITALAR INOX INFANTIL

ALF-UTI AC - CAMA DE RECUPERAÇÃO PARA UTI EM AÇO CARBONO COM PINTURA

ALF-UTI 1 - CAMA DE RECUPERAÇÃO PARA UTI EM INOX

ALF PPP 1 - CAMA HOSPITALAR PPP - PRÉ PARTO, PARTO E PÓS PARTO EM INOX

ALF CFB AC - CAMA FAWLER BALCÂNICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA

ALF-CH AC01 - CAMA HOSPITALAR AÇO CARBONO COM PINTURA

ALF-CH 102 - CAMA HOSPITALAR INOX

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Maca hospitalar
Registro	81513180002
Processo	25351.339837/2017-98
Fabricante Legal	FABRICANTE: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar	



CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI
CNPJ 34.055.837/0001-50
Rua Pedro José Garcia, 181 Bairro Vargem Grande 88150-000 Águas Mornas/SC
Tel: (48) 3086-2251
mulletcomercio@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 100412021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
1	DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, AJUSTE : AJUSTE MECÂNICO, C, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL: GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE: AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO: BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA: ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO: À BATERIA, COMPONENTES: C, ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES: ENTRADA AUXILIAR MARCA: BIC FABRICANTE: BIC MODELO/VERSÃO: S6	UNIDADE	7,00	800,00	5.600,00
2	OXÍMETRO, TIPO: PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1: 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1: CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1: CERCA 32 H, ALIMENTAÇÃO: PILHA, ACESSÓRIOS: C, SENSOR MARCA: CONTEC FABRICANTE: CONTEC MODELO/VERSÃO: CMS60D	UNIDADE	2,00	1.600,00	3.200,00
5	MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO: MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL CONTÍNUA NÃO INVASIVO, PARÂMETROS: DC, IC, VSI, RVS, RVSI, TIPO DE TELA: TELA LCD,LED CERCA DE 10", ACESSÓRIOS: COMPLETO COM CABOS, USO: DE INFANTIL A ADULTO MARCA: COMEN FABRICANTE: COMEN MODELO/VERSÃO: STAR8000	UNIDADE	3,00	12.500,00	37.500,00
9	MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO: MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL CONTÍNUA NÃO INVASIVO, PARÂMETROS: DC, IC, VSI, RVS, RVSI, TIPO DE TELA: TELA LCD,LED CERCA DE 10", ACESSÓRIOS: COMPLETO COM CABOS, USO: DE INFANTIL A ADULTO MARCA: COMEN FABRICANTE: COMEN MODELO/VERSÃO: STAR8000	UNIDADE	4,00	12.500,00	50.000,00
Valor total da proposta:					96.300,00

O valor total dessa proposta é de R\$96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais).



CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI
CNPJ 34.055.837/0001-50
Rua Pedro José Garcia, 181 Bairro Vargem Grande 88150-000 Águas Mornas/SC
Tel: (48) 3086-2251
mulletcomercio@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE. Pregão Eletrônico N° 100412021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI
CNPJ 34.055.837/0001-50
Rua Pedro José Garcia, 181 Bairro Vargem Grande 88150-000 Águas Mornas/SC
Tel: (48) 3086-2251
mulletcomercio@gmail.com

Banco: SICOOB
Conta: 3236
Agencia: 134708

Dados do Representante Legal da Empresa:

Responsável: HELOÍSA HELENA GARCIA CPF 600.855.419-15
Telefone Fixo n.º: (48) 3086-2251
Telefone Celular n.º: (48) 991448886
E-mail: mulletcomercio@gmail.com

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS De 12 (doze) meses.

Observações:

Águas Mornas/SC, 26 de Outubro de 2021

Representante Legal

HELOISA HELENA GARCIA
RG: 1.462.489 CPF: 600.855.419-15

HELOISA HELENA GARCIA

RG: 1.462.489

CPF: 600.855.419-15



Cirurgica São Felipe
Produtos Para Saúde EIRELI



CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 02 Sala C
Vargem Grande - Pinhais - PR
CEP 83.321-020

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
HORIZONTE - CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10041/2021
PROCESSO Nº 1501001/21

ABERTURA: 26/10/2021
HORÁRIO: 08:30

Integral

Razão Social: Cirurgica São Felipe Produtos para Saúde EIRELI

CNPJ: 07.626.776/0001-60

Sócia: Sra. Maristela Belatto Pelazzo

CPF: 922.630.709-15

RG: 5.916.363-9/SESP/PR

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

AG nº 1622-5

AG: nº 1630 - OP 003

C/C: 27.649-9

C/C: 2284-8

Tel/ Fax: (41) 3354-1001

e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Prezados Senhores,

Apresentamos-nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total
01	7	UND	DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display.	JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co., Ltd. - CHINA, REP. POP/ JPD-100B/ 80901110024	700,00	4.900,00
02	2	UND	OXÍMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ SP-20/ 80901119001	2.800,00	5.600,00
05	3	UND	MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possuir suporte para monitor, 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12".	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ K12/ 80901110026	22.000,00	66.000,00





Cirurgica São Felipe
Produtos Para Saúde EIRELI



CIRURGICA SAO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 02 Sala C
Vargem Grande - Pinhais - PR
CEP 83.321-020

09	4	UND	MÔNITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTENSILÍAS: 5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PM/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia; Mêt. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular ; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco ; Sem agentes Anestésicos e sem Índice de sedação anestésica.	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. P00/K12/ 80901110026	35.000,00	140.000,00
----	---	-----	---	--	-----------	------------

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos artigos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 08 (oito) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 26 de outubro de 2021.

ALAIRTO JOSÉ PELOZZO

Representante Legal

RG 5.011.809-6

CPF 747.575.399-91





Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		
CNPJ	07.626.776/0001-60	Autorização	8.09.011-1
Produto	Doppler Fetal		

Modelo Produto Médico

JPD-100B

JPD-100E

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Monitor Fetal
Registro	80901110024
Processo	25351.012527/2020-80
Fabricante Legal	FABRICANTE: ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		
CNPJ	07.626.776/0001-60	Autorização	8.09.011-1
Produto	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA		

Modelo Produto Médico

SP-20

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Oxímetro de Pulso
Registro	80901119001
Processo	25351.074061/2020-14
Fabricante Legal	FABRICANTE: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		
CNPJ	07.626.776/0001-60	Autorização	8.09.011-1
Produto	MONITOR DO PACIENTE		

Modelo Produto Médico

MONITOR DO PACIENTE K10

MONITOR DO PACIENTE K12

MONITOR DO PACIENTE K15

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Monitor de Sinais Vitais
Registro	80901110026
Processo	25351.266296/2020-22
Fabricante Legal	FABRICANTE: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	16/04/2030

Exportar para Excel


Exportar para PDF

Voltar



Cirurgica São Felipe
Produtos Para Saúde

Detector Fetal JPD 100B



Características

- Modelo JPD 100B
- Faixa de medição FHR 30 - 240 bpm
- Sensibilidade 09 a 12 semanas de gestação
- Display LCD Screen
- Auto falante
- Transdutor 2.5 Mhz (com opção de 2 Mhz e 3 Mhz)
- Forma de exibição numérica e curva
- Transdutor plástico ABS
- Unidade principal plástico ABS
- Grau de proteção IPX4
- Entrada para fone de ouvido
- Botão liga/desliga
- Desligamento automático após 1 minuto sem detecção
- Controle de volume
- Fonte de alimentação: pilhas AA ou bateria recarregável com carregador bivolt
- Dimensões 128mm x 91,5mm x 37,5mm
- USB
- Peso ± 190 5g

Anvisa Nº 80901110024

Certificado pelo INMETRO

- ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda IEC: 2012
- ABNT NBR IEC 60601-1 - 2: 2017
- ABNT NBR IEC 60601-1 - 6: 2011
- ABNT NBR IEC 60601-1 - 9: 2014
- ABNT NBR IEC 60601-1 - 2 - 37: 2016

Detentor do registro e distribuidor:

Cirurgica São Felipe Produtos Para Saúde Eirelli

Opcional

- Base de mesa
- Fone de ouvido
- Estojo



Cirurgica São Felipe
Produtos Para Saúde



Oxímetro de Pulso SP-20 Portátil e Mesa



Características

- Oxímetro de SpO₂, frequência de pulso e temperatura (opcional)
- PI, Curva pletismográfica e barra de pulso
- Uso adulto, pediátrico e neonatal
- Grau de proteção IPX22
- Bateria de lítio para até 24 horas
- Base de mesa
- 580 horas de armazenamento de dados
- Software de PC para gerenciamento de dados
- Alarmes audiovisuais ajustáveis
- Gráficos de tendências SpO₂ e PR com opção para gravação
- Botão silenciar alarme
- Suporte no equipamento para visualização na horizontal

Especificações técnicas

SpO₂

Transdutor:	Sensor LED de duplo comprimento de onda
Faixa de exibição:	0% - 100
Precisão de medição:	± 2% (variação de 70% a 100%)

Taxa de pulso

Faixa de medição:	30 - 250bpm
Precisão de medição:	± 2bpm ou ± 2%

Temperatura (opção)

Faixa de medição:	32°C - 43°C
Precisão de medição:	± 0.2°C
Medindo o tempo	≤ 5 segundos
Sonda de medição:	Sonda de ouvido infravermelho

Modo de Medição

Verificação contínua ou pontual

Armazenamento de dados

Até 580 horas

Idioma de exibição

Português

Display

Tela colorida TFT de 3,5" rotacional (última geração)

Bateria

Bateria de lítio 2000mAh sem efeito memória

Carregamento

Direto na rede elétrica via cabo USB ou base de mesa (bivolt automático)

Dimensões

158mm x 73mm x 25mm

Peso líquido

230g (com bateria)

Upload de dados


Cabo USB ou Wireless (transferência sem fio)

Acompanha

- 01 Sensor reutilizável tipo clip adulto (padrão)
- *Outros modelos de sensores opcionais
- *Pedestal com rodízios opcional



www.tedescorefrigeracao.com.br



PROPOSTA COMERCIAL

A
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2021.10.04.1-SRP

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Prezados (as) Senhores,

A EMPRESA W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, com endereço Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 635, altos sala 01 e 03 na cidade de Belém - (PA), neste ato representada por WILKER TEDESCO VELOZO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RG Nº 4243894 PC/ PA - CPF: 823.172.832-53, inscrita no CNPJ/MF nº 20.121.311/0001-16 e Inscrição Estadual nº 15.447.076-7, tendo examinado minuciosamente os termos do presente EDITAL e seus ANEXOS e, com o conhecimento das condições estabelecidas, e reconhecendo a inexistência de fato impeditivo, formula a seguinte PROPOSTA de PREÇOS:

FONE: (91)3222-0129 - (91) 98266-6666 / E-MAIL: tedescorefrigeracao@yahoo.com.br;

BANCO 01: CONTA CORRENTE: 56.363-3 - AGÊNCIA 2946-7 - BANCO DO BRASIL 001 |

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA, CONFORME AS PROPOSTAS: 07557.784000/1200-01, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HORIZONTE/CE.

Data de Abertura: 26/10/2021 às 08:30 Local: COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPRASNET VIA SITE: WWW.COMPRASNET.GOV.BR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1	DETECTOR FETAL	MONTSSERRAT/ SONOSONO	7,000	UNIDADE	1.500,00	10500,00

DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display.

Valor Unitário Por Extensor:	um mil e quinhentos reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 1.500,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 10.500,00

Valor Total Por Extensor:

dez mil e quinhentos reais						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
2	OXIMETRO DE PULSO	MACROSUL / SA210	2,000	UNIDADE	3500,00	7000,00

OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.

Valor Unitário Por Extensor:	três mil e quinhentos reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 3.500,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 7.000,00

Valor Total Por Extensor:

sete mil reais						
EM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
3	BERÇO AQUECIDO	OLIDEF/MATRIX R	4,000	UNIDADE	25000,00	100000,00

BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e anti-álérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar Incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.

Valor Unitário Por Extensor:	vinte e cinco mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 25.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 100.000,00

Valor Total Por Extensor:

com mil reais						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
4	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	OLDEF/ RWT PLUS	2,000	UNIDADE	48000,00	96000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

Valor Unitário Por Extensor:	quarenta e oito mil reais
Valor Unitário Por Total:	R\$ 48.000,00
Valor Total da Proposta:	R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensor:

R. Vinte e Oito de Setembro, 635 | Sala 1 e 3 | Bairro Reduto | Belém / PA

CNPJ: 20.121.311/0001-16 - Ins. Est.: 15.447.076-7

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

(91) 9 8266 6666 | (91) 3222 0129



www.tedescorefrigeracao.com.br



INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo Irla para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.

Valor Unitário Por Extensão: quarenta e oito mil reais

Valor Unitário Por Total: R\$ 48.000,00

Valor Total da Proposta: R\$ 96.000,00

Valor Total Por Extensão:

noventa e seis mil reais

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
5	MONITOR DE MULTIPARÂMETROS	PROLIFE/ C12	3,000	UNIDADE	20900,00	62700,00

MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possui suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12".

Valor Unitário Por Extensão: vinte mil e novecentos reais

Valor Unitário Por Total: R\$ 20.900,00

Valor Total da Proposta: R\$ 62.700,00

Valor Total Por Extensão:

sessenta e dois mil e setecentos reais

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
7	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)	OLIDEF/ LED PHOTO	4,000	UNIDADE	12000,00	48000,00

APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) - Iluminação em LED, Painel de Controle Microprocessado; ajuste de Irradiância; Não Possui Berço em Acrílico.

Valor Unitário Por Extensão: doze mil reais

Valor Unitário Por Total: R\$ 12.000,00

Valor Total da Proposta: R\$ 48.000,00

Valor Total Por Extensão:

quarenta e oito mil reais

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
8	REANIMADOR PULMONAR EM T	FANEM/BABY PUFF	2,000	UNIDADE	14000,00	28000,00

REANIMADOR PULMONAR EM T - Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão Inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.

Valor Unitário Por Extensão: quatorze mil reais

Valor Unitário Por Total: R\$ 14.000,00

Valor Total da Proposta: R\$ 28.000,00

Valor Total Por Extensão:

vinte e oito mil reais

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
9	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI	PROLIFE/ C12	4,000	UNIDADE	24000,00	96000,00

MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possui 5 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia; Mét. Aspir. De baixo Fluxo; até 50ml/min; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco; Sem agentes Anestésicos e sem índice de sedação anestésica.

Valor Unitário Por Extensão: vinte e quatro mil reais

Valor Unitário Por Total: R\$ 24.000,00

R. Vinte e Oito de Setembro, 635 | Sala 1 e 3 | Bairro Reduto | Belém / PA


CNPJ: 20.121.311/0001-16 - Ins. Est.: 15.447.076-7

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

(91) 9 8266 6666 | (91) 3222 0129



www.tedescorefrigeracao.com.br



Valor Total da Proposta: R\$ 96.000,00					
Valor Total Por Extensão:					
noventa e seis mil reais					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	TOTAL R\$
10	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)	OLIDEF/ LÍNEA 4	1,000	UNIDADE	45000,00
INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui pelo menos uma portinhola do tipo frás, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Prócive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipotermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possui tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.					
Valor Unitário Por Extensão:		quarenta e cinco mil reais			
Valor Unitário Por Total:		R\$ 45.000,00			
Valor Total da Proposta:				R\$ 45.000,00	
Valor Total Por Extensão:					
quarenta e cinco mil reais					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	TOTAL R\$
11	CPAP	MONTSSERRAT/ RVC 820A	1,000	UNIDADE	5800,00
CPAP - Equipamento para ventilação não - invasiva, bíválvula, que opere com pressões de 4 a 30 cmH2O, com sensibilidade, compensação de vazamentos e funções de parâmetros monitorados. Conter um circuito bilevel não invasivo. Possui Umificador e Máscara Nasal.					
Valor Unitário Por Extensão:		cinco mil e oitocentos reais			
Valor Unitário Por Total:		R\$ 5.800,00			
Valor Total da Proposta:				R\$ 5.800,00	
Valor Total Por Extensão:					
cinco mil e oitocentos reais					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	TOTAL R\$
12	CARDIOTOCÓGRAFO	BIONEI/ FC 1400	2,000	UNIDADE	25000,00
CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa da frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração. Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos (03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts.					
Valor Unitário Por Extensão:		vinte e cinco mil reais			
Valor Unitário Por Total:		R\$ 25.000,00			
Valor Total da Proposta:				R\$ 50.000,00	
Valor Total Por Extensão:					
cinquenta mil reais					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANT.	UNIDADE	TOTAL R\$
13	CAMA PPP	RS MÓVEIS	4,000	UNIDADE	10000,00
CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.					
Valor Unitário Por Extensão:		dez mil reais			
Valor Unitário Por Total:		R\$ 10.000,00			

R. Vintê e Oito de Setembro, 635 | Sala 1 e 3 | Bairro Redutô | Belém / PA


CNPJ: 20.121.311/0001-16 - Ins. Est.: 15.447.076-7

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

(91) 9 8266 6666 | (91) 3222 0129



www.tedescorefrigeracao.com.br



Valor Total da Proposta	R\$	40.000,00
Valor Total Por Extensão		quarenta mil reais
SUBTOTAL DA PROPOSTA:		
	R\$	588.000,00
quinhentos e oitenta e nove mil reais		
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:		
A. OS VALORES UNITÁRIOS DA PROPOSTA ESTÃO DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, CONFORME ESTABELECE O ART. 43, INCISO IV, DA LEI Nº. 8.666/93, EXPRESSO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL (R\$);		
B. EM RESPOSTA AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2021.10.04.1-SRP, O ABAIXO ASSINADO DECLARA, QUE CONCORDA INTEGRALMENTE E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO, COM AS CONDIÇÕES DA REFERIDA LICITAÇÃO, EXPRESSAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE RECEBEMOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. DECLARA AINDA ESTAR EM CONCORDÂNCIA COM TODAS AS NORMAS EDITALÍCIAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO;		
C. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO SERÁ INFERIOR A 60(SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.		
D. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA.		
E. DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTAR INCLUSOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES E AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO, BEM AINDA, DEDUZIDOS QUAISQUER DESCONTOS QUE VENHAM A SER CONCEDIDOS. TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS.		
F. DECLARAMOS QUE DESDE JÁ SE COMPROMETE A CUMPRIR O PRAZO DE ENTREGA RIGOROSAMENTE EM DIA, SOB PENA DE SOFRER PENALIZAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO.		
G. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE, E AINDA CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.		
H. DECLARAMOS INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO, ASSIM COMO DECLARAR OCORRÊNCIAS SUPERVENIENTES, ASSINADAS POR SÓCIO, DIRIGENTE, PROPRIETÁRIO OU PROCURADOR DA LICITANTE, COM O Nº. DA IDENTIDADE DO DECLARANTE.		
I. DECLARAMOS QUE A EMPRESA NÃO UTILIZA MÃO-DE-OBRA DIRETA OU INDIRETA DE MENORES.		
J. DECLARAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DE CADA ITEM, NÃO SERÁ INFERIOR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, EXCETO PARA AQUELES QUE POSSUAM PRAZO DE VALIDADE MAIS CURTO POR RAZÕES TÉCNICAS COMPROVADAS.		
K. DECLARAMOS FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.		
L. PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO TRATADA NESTE SUBITEM, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS, ATRAVÉS DE CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR.		
M. GARANTIA: 12 MESES.		

Belém- PA, 20 de outubro de 2021

WILKER TEDESCO VELOZO
RG Nº. 424384 - PCPA / CPF: 623.172332-53
PROPRIETÁRIO
W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI
Rua Vinícius Oito de Setembro, nº 635.
CNPJ: 20.121.311/0001-16

R. Vinte e Oito de Setembro, 635 | Sala 1 e 3 | Bairro Reduto | Belém / PA
CNPJ: 20.121.311/0001-16 - Ins. Est: 15.447.076-7
tedescorefrigeracao@yahoo.com.br
(91) 9 8266 6666 | (91) 3222 0129

Inicial

PROPOSTA
Prefeitura Municipal de HORIZONTE
PREGAO ELETRONICO N.º 2021.10.04.1-SRP

RAZAO SOCIAL: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 34.444.108/0001-95

IE: 0035105490061

END: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 - 2º ANDAR SALA 96 - UBERABA MG

EMAIL: diretoria@vidashopping.com.br

TELEFONE: 34 3352-4684

NOME DO RESPONSÁVEL: PRISCILLA LEAL GONCALVES

CPF: 049.900.426-46

END: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 - 2º ANDAR SALA 96 - UBERABA MG


EMAIL: diretoria@vidashopping.com.br

TELEFONE: 34 3352-4684

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA/MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	DETECTOR FETAL – Portátil, Tecnologia digital, com display.	7	CONTEC/ SONOLINE B	800,00	5.600,00
03	BERÇO AQUECIDO	4	GIGANTE	25.000,00	100.000,00
04	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	2	GIGANTE/TR	50.000,00	100.000,00
05	MONITOR DE MULTIPARÂMETROS	3	CONTEC /CMS9000	18.000,00	54.000,00
06	APARELHO DE ANESTESIA	1	KTK/SAT500	130.000,00	130.000,00
07	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)	4	OLIDEF/LEDPHOTO	10.000,00	40.000,00

AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 2ºANDAR SALA96 CEP: 38010-000/ UBERABA - MG

TEL: (34) 3352-4684



08	REANIMADOR PULMONAR EM T	2	OLIDEF/NEOPUFF	7.500,00	15.000,00
10	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)	1	GIGANTE	50.000,00	50.000,00
11	CPAP	1	BMC	4.000,00	4.000,00
12	CARDIOTOCÓGRAFO	2	EDAN F3	20.000,00	40.000,00
13	CAMA PPP	4	RUBMED	8.000,00	32.000,00
			VALOR TOTAL:		570.600,00

AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 2º ANDAR SALA 96 CEP: 38010-000/ UBERABA -

MG

TEL: (34) 3352-4684



PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 34.444.108/0001-95

AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 - 2º ANDAR SALA 96

CEP: 38010-000 - UBERABA



VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS

PRAZO DE GARANTIA 12 MESES

DADOS BANCARIOS:

BANCO: SICCOB

AG: 4033

CONTA: 17610-9

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 34.444.108/0001-95

Uberaba, 26 de Outubro de 2021.



Priscilla de Alencar Gonçalves

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 2º ANDAR SALA 96 CEP: 38010-000/ UBERABA -
MG**

TEL: (34) 3352-4684



Qualidade em produtos para saúde

95.433.397/0001-11
Insc. Est.: 90208508-87
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES MACROSUL LTDA
R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
ATUBA - CEP 82600-070
CURITIBA - PR

Curitiba, 25 de outubro de 2021

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
ESTADO DO CEARÁ
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.10.04.1 – SRP
UASG: 981253
NÚMERO COMPRASNET: 10041/2021
NÚMERO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1501001/21
ABERTURA: 26/10/2021 AS 08:30 Hs

Final



PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / FABRICANTE / MODELO / REGISTRO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	7	UND	DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display.	MD / VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA / FD-200B / 80070210067	700,00	4.900,00
2	2	UND	OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.	MD / ROSSMAX INNO TEK CORP - TAIWAN / SA120 80070210011	1.700,00	3.400,00
12	2	UND	CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração. Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos (03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts.	BIONET / BIONET CO., LTD. CORÉIA DO SUL / FC-1400 / 80070219024	24.500,00	49.000,00

				Total da Proposta: R\$ 57.300,00		
Assinatura do Setor responsável pelo processo						

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

GARANTIA: A garantia será contra defeitos de fabricação para os equipamentos será mínima de 01 (um) Ano, para peças e acessórios será conforme o prazo estipulado no manual do equipamento.
Os equipamentos ofertados não necessitam de montagem e instalação.

41 2102 8344

Rua Julio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 | CEP 82600-070 | Curitiba | Paraná

macrosul.com

Página 1 de 2



Qualidade em produtos para saúde

95.433.397/0001-11
Insc. Est.: 90208506-87
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES MACROSUL LTDA
R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
ATUBA - CEP 82600-070
CURITIBA - PR

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS.

FRETE SEGURO: Por nossa conta, postos no local indicado.

IMPOSTOS: Todos os impostos incidentes estão inclusos no preço acima.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

DADOS DE CONTATO:

RAZÃO SOCIAL: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

CNPJ: 95.433.397/0001-11 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 90208506-87 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 01 04 269.825-9

ENDEREÇO: RUA JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, Nº 270 - BAIRRO ATUBA - CURITIBA/PR - CEP: 82.600-070

FONE/FAX: (41) 2102-8344

E-MAIL: macrosul@macrosul.com

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL **AG:** 3041-4 **C/C:** 106867-9

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DE ATAS E CONTRATOS:

NOME: KATIA BARBOZA DE MORAES **RG:** 8.549.051-6-PR **CPF:** 061.517.519-81

KATIA BARBOZA DE MORAES:06151751981
Assinado de forma digital por KATIA BARBOZA DE MORAES:06151751981
Dados: 2021.10.25 15:42:59 -03'00'

Kátia Barboza de Moraes

Responsável Legal


RG: 8.549.051-6-PR

CPF: 061.517.519-81





OXÍMETRO DE PULSO
SA120



EXAMES FÍSICOS


OXÍMETRO DE PULSO

SA120




OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, PARA MEDIÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSO).

- Visor LED com retro iluminação ajustável para melhor visualização em variadas condições de luz
- Exibição numérica para saturação de oxigênio e frequência de pulso
- Indicação da força de pulso, carga da bateria, sensor desconectado, alarmes, função Data/Hora
- Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis
- Memória interna dos eventos
- Alimentação através de 04 (quatro) pilhas alcalinas "AA"
- Várias opções de sensores
- IP22 para maior proteção do equipamento contra o ingresso de materiais particulados e líquidos
- Certificado pelo INMETRO



Sensor Reutilizável adulto
Incluso



Acompanha
estojo com alça



Fabricado por:
Rosemax Inno Tek Corp
Taiwan



Importado e Distribuído por:
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397/0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cepola
CRF 21294/PR
ANVISA 80070210011




DETECTORES FETAIS PORTÁTEIS MD®

OS DETECTORES FETAIS MD DA LINHA FD-200 SÃO COMPACTOS E CABEM FACILMENTE NO BOLSO. A TECNOLOGIA INTEGRADA DE ALTA SENSIBILIDADE PERMITE UMA RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL DESDE AS PRIMEIRAS SEMANAS ATÉ O FINAL DA GRAVIDEZ.




FD-200A

- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga e controle de volume
- Alimentação através de pilhas alcalinas
- Certificado pelo INMETRO*




Digital FD-200B / FD-200D

- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga e controle de volume
- Tela de LCD para visualização numérica da frequência cardíaca fetal
- Desligamento automático após 1 minuto sem utilização
- Alimentação através de pilhas alcalinas (FD-200B)
- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (FD-200D)
- Certificado pelo INMETRO*



Digital FD-200C

- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga e controle de volume
- Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal
- Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis
- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento
- Desligamento automático após 1 minuto sem utilização
- Certificado pelo INMETRO*



* ABNT NBR IEC 60601-2-37 Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos médicos de monitoramento e diagnóstico por ultrassom


Bionet



Monitor Fetal Cardiotocógrafo

Fetal Care

FC1400



O FC-1400 É UM EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOGIA QUE DISPÕE DE RECURSOS PRECISOS E CONFIÁVEIS QUE ANALISA E MONITORA EM TEMPO REAL A VITALIDADE FETAL, O SOFRIMENTO FETAL, NÚMERO DE FETOS E POSIÇÃO FETAL, BEM COMO EXIBE O VALOR NUMÉRICO DOS RESULTADOS MEDIDOS, IMPRIME-OS GRAFICAMENTE E TAMBÉM REPRODUZ O SOM DOS BATIMENTOS DO CORAÇÃO FETAL.

- Monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos
- FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal)
- Display de TFT LCD touchscreen colorido
- Visor numérico e gráfico
- Pannel de controle interativo com 10 teclas de membrana com 16 funções dedicadas e atalhos, ícones indicativos de função e luzes indicadoras
- Impressora térmica integrada, permite imprimir os exames realizados, em um relatório em formato contínuo ou em um formato predefinido em carta ou A4. Permite o uso de papel fax e diferentes velocidades de impressão.
- Possui conexões para transdutores de Doppler por Ultrassom e TOCO, energia elétrica e conexões para sistemas de comunicação LAN, USB e conversor USB Wifi
- Transdutor de ultrassom de alta sensibilidade de 1 MHz
- Alça de transporte para fácil mobilidade
- Memória de 72 horas de armazenamento
- Armazenamento USB para exportar arquivo JPG para prontuários médicos eletrônicos
- Permite adicionar até 100 notas em uma lista de eventos clínicos
- Alarmes sonoros e visuais para fácil reconhecimento de eventos relacionados ao paciente ou equipamento
- Sistema Multi Central de Monitoramento Fetal sem fio para até 16 leitos (opcional)
- Suporte com rodízios e/ou carro de transporte opcionais

Especificações Gerais



Visor	7" TFT Wide (800x480) Touch Screen
Dimensões / Peso	296x305,5x97,5mm / aproximadamente 2.72Kg
Impressão	Método: Impressão térmica Velocidade de Impressão: 1, 2, 3 cm / minuto Função de alimentação de papel
Adaptador de alimentação	Entrada: 100 - 240V, 50 - 60Hz, 1.2A Saída: 18VDC, 2.5A
Interface	LAN, USB e Estimulador Vibro - Acústico
Conexões de rede	LAN (RJ45) e Adaptador USB WIFI
Faixa de temperatura	Temperatura de operação: 15°C - 40°C Temperatura de armazenamento: -10°C - 60°C Umidade relativa: 20% a 95% RH
Notas do Médico	Até 100 notas personalizadas

Especificações de Desempenho

Frequência Cardíaca Fetal	Sinal de entrada: Ultrassom Doppler Pulsado Frequência do Ultrassom: 1.0MHz Potência ultrassom: <10 mW / cm2 Método de detecção da FCF: Auto correlação Faixa de Medição da FHR: 50-210 bpm Precisão da FHR 120-160 bpm: ± 1 bpm Fora da faixa 120-160: ± 2 bpm
Contração uterina	Fonte de entrada: transdutor externo com medidor de pressão Referência controle (zero): Chave de um toque, zero automático Faixa de medição: 0 - 99 unidades
Armazenamento	72 horas
Medição Movimento Fetal	Origem de detecção: Doppler Ultrassom pulsado
Parâmetro da Cardiotocografia	Linha da base média da FCF Número de UC Número de Aceleração Número de Desaceleração · Desaceleração Tardia · Desaceleração Precoce · Desaceleração Variável Taquicardia (moderada, severa) Bradícardia (moderada, severa) Variabilidade da Frequência Cardíaca * Os resultados da análise CTG são impressos a cada 10 minutos. (Relatório Intermediário)

Acessórios

Padrão	Transdutor TOCO Transdutor DOPPLER (US) Sensor Marcador de Eventos Cinto elástico Tubo de gel para US Papel termo sensível Adaptador de energia DC 18V Cabo de força padrão NBR 14136 Comprovantes de Inspeção e calibração Manual de Operação em Português, catálogos e versão limitada do Programa FC Central, da Bionet, para comunicação com computador.
---------------	---


Conformidades

ISO 13485 - Produtos para Saúde - Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos para fins regulamentares.
ISO 14971 - Produtos para Saúde - Aplicação de Gerenciamento de Risco em Produtos para Saúde.
ABNT NBR IEC 60601-1 - Equipamento Eletromédico - Parte 1: Prescrições Gerais de Segurança Elétrica.
ABNT NBR IEC 60601-1-1 - Equipamento Eletromédico - Parte 1-1-1: Norma Colateral: Prescrições de Segurança para Sistemas Eletromédicos.
ABNT NBR IEC 60601-1-2 - Equipamento Eletromédico - Parte 1-2: Norma Colateral: Compatibilidade Eletromagnética - Prescrições e Testes.
ABNT NBR IEC 60601-1-4 - Equipamento Eletromédico - Parte 1-4: Norma Colateral: Sistemas Eletromédicos Programáveis.
ABNT NBR IEC 60601-2-37 - Equipamento Eletromédico - Parte 2-37: Prescrições Particulares para a Segurança Básica e Desempenho Essencial de Equipamento Diagnóstico e Monitoramento Médico por Ultrassom
EN 980 - Símbolos Gráficos para Rotulagem de Dispositivos Médicos
EN 1041 - Informação fornecida pelo fabricante para dispositivos médicos
EN ISO 10993-1 - Avaliação Biológica de Dispositivos Médicos - Parte 1: Avaliação e Teste

* As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

* Pode ocorrer distorção ou ruído de sinal ao utilizar outros acessórios não especificados pelo fabricante.
Por isso, recomendamos que você utilize apenas os acessórios fornecidos com o equipamento.

Acessórios para FetalCare




Transdutor TOCO



Transdutor Doppler




Marcador de Eventos



Papel termossensível
150mm



Carro de Transporte
(opcional)



Suporte com rodízios
(opcional)

Bionet

Brasil: Macrusul Ltda. e-mail: sac@macrusul.com
CNPJ: 02.423.397/0001-11 www.macrusul.com
Coréia: Bionet co, Ltd. e-mail: sales@bionet.com
www.bionet.com



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	Autorização	8.00.702-1
Produto	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD		

Modelo Produto Médico
FD-200A
FD-200B
FD-200C
FD-200D
FD-200E
FD-200G
FD-200P


Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Doppler Fetal Portátil Série FD-200.pdf	2807092/21-7 - 19/07/2021 - 11:30

Nome Técnico	Monitor Fetal
Registro	80070210067
Processo	25351.697719/2013-39
Fabricante Legal	• FABRICANTE: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	Autorização	8.00.702-1
Produto	OXÍMETRO DE PULSO		

Modelo Produto Médico

SA120

SA210

SB100

SB220

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de Inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MO.SA210.V1.2011_REV.04_MAI.20.pdf	2416885/21-9 - 22/06/2021 - 11:36
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MO.SB100.V1.2011_REV.04_MAI.20.pdf	2416885/21-9 - 22/06/2021 - 11:36
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MO.SB220.V1.2011_REV.05_MAI.20.pdf	2416885/21-9 - 22/06/2021 - 11:36
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MO.SA120.V1.2021_REV.00_MAR.21.pdf	2416885/21-9 - 22/06/2021 - 11:36

Nome Técnico	Oxímetro de Pulso
Registro	80070210011
Processo	25351.710399/2009-25
Fabricante Legal	• FABRICANTE: ROSSMAX INNO TEK CORP - TAIWAN
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



Detalhes do Produto

Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	Autorização	8.00.702-1
Produto	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO GEMELAR		

[MEDIDA CAUTELAR](#)

Modelo Produto Médico

FC-1400

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Monitor Fetal Gemelar FC-1400.pdf	3859751/21-2 - 30/09/2021 - 12:11

Nome Técnico	Monitor Fetal
Registro	80070219024
Processo	25351.210980/2016-71
Fabricante Legal	• FABRICANTE: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)



Hosplife Ltda.
Rod João Paulo, 695 – João Paulo
Florianópolis - SC - Brasil – Cep: 88.030-300
Fone: (048) 3334 8174
CGC/MF: 03.952.368/0001-48
Ins.Estadual: 254.073.638
E- mail: h.hosplife@yahoo.com.br



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

Pregão Eletrônico: 2021.10.04.1 **Processo:** 1501001/2021

Data da Proposta: 25/10/2021

Data de abertura: 26/10/2021 às 08:30

Integral

PROPOSTA DE PREÇOS

NUMERO DO PREGÃO: 2021.10.04.1 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 1501001/21

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA, CONFORME AS PROPOSTAS: 07557.784000/1200-01, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HORIZONTE/CE.

Item: 05

Descrição: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS – Possuir suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho: de 10" a 12".

Qtd: 03

Marca/fabricante-modelo: SHENZHEN COMEN – STAR 8000E

Valor Unitário: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

Valor Total: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

Item: 09

Descrição: MONITOR DE MULTIPARÂMETROS PARA UTI – Possuir suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Met. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/min; Tipo: Estrutura Mista ou Modular; Tamanho: de 10" a 12". Não possuir pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco, Sem agentes Anestésicos e sem índice de sedação anestésica.

Qtd: 04

Marca/fabricante-modelo: SHENZHEN COMEN – STAR 8000E

Valor Unitário: R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais)

Valor Total: R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais)


DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil

AG: 3174-7

C/C: 106621-8

Roselei Maria Rachadel Sartori
Hosplife Ltda
ROSELEI MARIA RACHADEL SARTORI
SÓCIA-GERENTE



Hosplife Ltda.
Rod João Paulo, 695 – João Paulo
Florianópolis - SC - Brasil – Cep: 88.030-300
Fone: (048) 3334 8174
CGC/MF: 03.952.368/0001-48
Ins.Estadual: 254.073.638
E- mail: h.hosplife@yahoo.com.br



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:
R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais)

Validade da Proposta (dias): 60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega (dias): 30 (trinta) dias.
Condições de Pagamento (dias): 30 (trinta) dias.
Frete: Inclusos
Impostos: Inclusos
Assistência Técnica/Garantia: Permanente / 12 (doze) meses
Local de entrega: Conforme solicitado pelo cliente

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Informações adicionais*

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Somos EPP

Prazo de entrega: (em dias, conforme estabelecido em edital): 30 (trinta) dias.

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Florianópolis, 25 de outubro de 2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil

AG: 3174-7

C/C: 106621-8

Hosplife Ltda
ROSELEI MARIA RACHADEL SARTORI
SÓCIA-GERENTE



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		
CNPJ	03.580.620/0001-35	Autorização	8.00.473-0
Produto	Monitor de pacientes multiparâmetro		

Modelo Produto Médico

STAR8000E

STAR8000EX

STAR8000F

STAR8000FX

STAR8000H

STAR8000HX

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso Completa 18517.pdf	1596720/21-2 - 26/04/2021 - 04:07

Nome Técnico	Monitor de Sinais Vitais
Registro	80047300722
Processo	25351.509486/2019-14
Fabricante Legal	FABRICANTE: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	30/09/2029

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

11/08/2021

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária





Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		
CNPJ	03.580.620/0001-35	Autorização	8.00.473-0
Produto	Monitor de pacientes multiparâmetro		

Modelo Produto Médico

STAR8000E

STAR8000EX

STAR8000F

STAR8000FX

STAR8000H

STAR8000HX

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso Completa 18517.pdf	1596720/21-2 - 26/04/2021 - 04:07

Nome Técnico	Monitor de Sinais Vitais
Registro	80047300722
Processo	25351.509486/2019-14
Fabricante Legal	• FABRICANTE: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	30/09/2029

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

11/08/2021

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2021.10.04.1-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1501001/21
NÚMERO COMPRASNET 100441/2021

ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. CNPJ: 62.413.869/0001-15 I.E. 582.245.178/115 ENDEREÇO: RUA MARTINS PENA, 93 – CAMPOS ELÍSEOS – CEP: 14080-620. RIBEIRÃO PRETO/SP - TEL/FAX: (16) 3969-1000 - E-MAIL: licitacao@gigante.com.br CONTATO SETOR DE LICITAÇÃO: DAIANA PETEAN
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 2890-8 / CONTA CORRENTE: 101253-3
DADOS DA REPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: NOME: ÉRICA VERNILE PEREIRA VEZONO ESTADO CIVIL: CASADA PROFISSÃO: EMPRESÁRIA RG. 18.294.531-5 SSP/SP CPF nº. 138.771.588-70 ENDEREÇO COMPLETO: RUA ORLÂNDIA, 118 - JARDIM PAULISTA – CEP: 14090-240. RIBEIRÃO PRETO/SP TELEFONE PARA CONTATO: (16) 99758-8472 e-mail: licitacao@gigante.com.br

Item	Unid.	Descrição	Qtd.	Marca	Valor unitário	Valor total
03	Unid.	<u>BERÇO AQUECIDO</u> BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X;	04	GIGANTE RECEM NASCIDO	R\$ 18.200,00 (Dezoito mil e duzentos reais)	R\$ 72.800,00 (Setenta e dois mil e oitocentos reais)

		possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi, mobilidade através de rodízios de 4" com freios e para-choque. Display a LED e LCD para indicação de temperatura e potência desejada; Memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apgar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante: 220V – 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha o equipamento: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos, haste para suporte de soro, sensor de pele, foco de luz fria para procedimentos, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos e alça para locomoção. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Gerais para Segurança NBR IEC 60601-1-2 – Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança. NBR IEC 60601-2-21 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Particulares para Segurança de Berço Aquecido REGISTRO ANVISA-MS Nº 10228740032				
10	Unid.	<u>INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)</u> INCUBADORA NEONATAL GRN – MODELO MILLENNIUM Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido SISTEMA Microprocessador digital que controla a temperatura do ambiente do recém-nascido com base no ajuste da temperatura do AR (interior da cúpula) ou na temperatura do paciente. MODOS DE OPERAÇÃO - ATC (Temperatura do ar controlada). Sistema pela qual a temperatura do AR é controlada automaticamente por um sensor de temperatura conforme um valor pré estabelecido pelo usuário; - ITC (Temperatura do RN Controlada). Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida	01	GIGANTE RECEM NASCIDO	R\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais)	R\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais)

	por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR. Equipamento com gabinete construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui 5 portinholas ovais com trincos que podem ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui uma portinhola do tipo Iris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança. Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possui display de LCD e LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar. Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas				
--	--	--	--	--	--

	de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. ACOMPANHA Gabinete com 2 gavetas, duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos com capacidade total de 6 kg, depósito de água e umidificador externo e removível que evita criadouro de bactérias e facilita a assepsia diária e terminal, gabinete com trava de segurança para evitar acidentes, sensor de pele de alta sensibilidade para medir a temperatura do paciente, filtro para retenção de micropartículas (retenção de 0,5 micron), colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito, pegador para locomoção do conjunto, cantoneiras protetoras contra impactos, suporte para soro cromado com quatro ganchos, sinalizador a distância das situações de alarmes através de led acima da incubadora para facilitar a visualização, cabo de força tripolar, todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento e Manual de uso. Alimentação elétrica bivolt. EQUIPAMENTO FABRICADO E CERTIFICADO CONFORME Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 + Emendas Obrigatórias – Prescrições Gerais para Segurança Normas Técnicas NBR IEC 60601-1-2 – Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança. Normas Técnicas NBR IEC 60601-2-19 + Emendas Obrigatórias – Prescrições Particulares para Segurança de Incubadoras para Recém Nascido Registro ANVISA nº 10228740033				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 104.800,00 (CENTO E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)					



CONDIÇÕES GERAIS:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da sua apresentação, conforme o Edital.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, conforme o edital.

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias, conforme o edital.

Garantia: 12 (doze) meses, conforme Edital.

Frete: Incluso

Procedência: Nacional

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Ribeirão Preto, 26 de outubro de 2021.

Érica Vernile Pereira Vezono
RG. 18.294.531-5-SSP/SP
CPF: 138.771.588-70

62413869/0001-15

GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA - EPP

Rua Martins Pena, 93


Campos Elíseos - CEP 14080-620

L RIBEIRÃO PRETO - SP


Berço Aquecido - GRN
Neosolution




Gigante
Produtos Médicos




Leito em Acrílico Transparente
(Tipo Cuna)




Exclusivo sistema de Pantalha
Giratória




Indicação Visual (Led) dos Alarmes
à Distância



Leito com Laterais Rebatíveis em
Acrílico Transparente



Sistema com Aletas e Calha Direcionadora
que distribuir o calor homogeneamente no leito



Versão com acessórios

ISO 9001 2008 | **ISO 13485** 2003 | **BPE** BRASIL PRÁTICAS DE EXCELÊNCIA

Sistema de calor irradiante: material refletivo centralizado com o leito propiciando calor homogêneo em toda área do corpo do paciente. Dotado de alças que direcionam o calor homogêneo em toda superfície do leito.

Painel: frontal com acabamento liso com telas de similes e quatro três mostradores visuais independentes que mostram constantemente as temperaturas programadas e reais. Display digital de nível de potência selecionado pelo usuário. Display de temperatura da pele do paciente. Display em cristal líquido (LCD) para ajuste de temperatura da pele desejada e informações das condições de alarmes.

Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer no modo potência determinada por um tempo consecutivo de 10 minutos.

Quando o equipamento estiver no modo RN será acionado um alarme sempre que o tempo de aquecimento atingir 10 minutos.

Quando o servo controle mantiver uma potência superior a máxima potência, o aquecimento automaticamente desligará.

Sistema de proteção térmica por dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor.

Alarme de advertência no modo manual a cada 10 minutos para verificação da rotina da temperatura do RN.

Sistema de auto-teste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento.

Displays que permitem a visualização simultânea dos seguintes parâmetros: programação da temperatura desejada, leitura da temperatura do paciente, nível de potência de aquecimento e relógio ARGAR com perfeita visualização devido sua luminosidade.

Resistência de memória na falta de energia dos valores programados.

A programação do modo manual ocorre com incrementos de 1% e quando pressionado constantemente ocorre o incremento a cada 10% facilitando e agilizando a programação no modo manual, tornando ágil a vida do profissional de saúde.

Seleção dos modos de operações para funcionamento: Modo RN / Automático ou Modo Manual.

Comutação automática do modo de operação quando conectado ou desconectado o sensor do RN.

Tecla de silenciamento de alarme

Tecla "Liga" e "Desliga" do equipamento.

Tecla de proteção do teclado.

Corpo: Móvel em reforçada construção tubular pintado com tinta epóxi (Eletrostática a Pó), após tratamento anticorrosivo, mobilidade através de rodízios. Leito rádio transparente, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente, aberturas para passagem de tubos, cabos, etc, sistema de inclinação para posicionamento de trendelemburg, horizontal e próclive, acompanhado de colchão confeccionado com material atóxico e revestimento anti-alérgico nas dimensões do berço.

Acessórios que acompanham: Foco de luz auxiliar para procedimentos, Protetor Contra Quedas, Bandeira Intermediária e Alça para Locomoção.

Acessórios Opcionais para Configurar seu Neosolution:

- * Relógio de ARGAR integrado de 0 a 5/10/20 minutos
- * Balança eletrônica com capacidade até 7kg
- * Leito em Acrílico Transparente Tipo Cuna
- * Leito rádio transparente com abas laterais rebatíveis em acrílico transparente
- * Acionamento elétrica dos movimentos de trendelemburg, horizontal e próclive (reversa)
- * Sistema de ajuste de altura do leito
- * Gaveta para Raio X com ou sem coordenada
- * Bandeira inferior ao leito medindo 45x60 cm
- * Mexilão giratório no sentido horizontal
- * Elemento aquecedor (180°)
- * Armário (gabinete) com gavetas
- * Armário (gabinete) com porta frontal e prateleira interna
- * Sensor de infravermelho contra risco de radiação indesejada ou excessiva.
- * Unidade de Fototerapia (Lâmpadas convencionais Brancas e Azuis)
- * Suporte para monitores com ou sem giro
- * Suporte para cilindros
- * Suporte para sord
- * Cilindro de ar comprimido
- * Cilindro de oxigênio
- * Válvula redutora de pressão dos cilindros
- * Conjunto de tomadas externas auxiliares
- * Adesivo para sensor
- * Conjunto de régua de reanimação (1 a 5 saídas)
- * Aspirador a vácuo com ou sem vacuômetro
- * Aspirador a ar comprimido com manômetro
- * Rodízio de 5" pol.
- * Fluxômetro
- * Umidificador com extensão e máscara
- * Extensão em nylon trançado para ar comprimido
- * Extensão em nylon trançado para oxigênio
- * Reservatório (frasco) de plástico ou vidro para aspiração com tampa e limitador de nível
- * Suporte para traquéias
- * Reanimador manual (Ambú)

Especificações e Características Técnicas

Display	Cristal líquido (LCD)
	Númerico digital
Funcionamento (modo de controle)	Manual (Potência)
	Servo-Controlador (RN)
Faixa de trabalho / potência (modo manual)	0% a 100%
Faixa de trabalho (modo RN)	30° C a 38° C
Faixa de leitura (indicação nos displays de temperatura)	0° C a 50° C
Resolução da programação e indicação dos displays	0,1° C (Modo Servo-Controlador)
	1% (modo manual)
Alarme visual e sonoro para:	Hipotermia, hipertermia, alta temperatura do RN, baixa temperatura do RN, sensor RN desconectado, falha no sensor do RN, falta de energia, falha no sistema de aquecimento, falha na resistência/resistência queimada e alta temperatura de segurança
Bateria	Interna recarregável
Limitador térmico (termômetro de segurança)	Eletrônico
Limitador radiação indesejada ou excessiva	Eletrônico
Dimensões do equipamento (CxLxA)	1000x630x1900mm
colchão	atóxico, antialérgico
Dimensões da bandeja para monitores	300 x 300 mm
Peso máximo da bandeja para monitor	10 kg
Rodízios	4 rodízios de 4" com freio
Sistema eletrônico	Microprocessador
Tensão de Alimentação	110-130 V~ / 220-230 V~
Frequência	50/60 hz
Fusível (20mm)	10A (rede 127v-) / 5A (rede 230V-)
Potência do elemento aquecedor	650watts
Resistência	Quartzo / Cerâmica
Chave geral	Independentes do painel de comando
Precisão de controle	+/- 0,2° C



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP		
CNPJ	62.413.869/0001-15	Autorização	1.02.287-4
Produto	Berço Aquecido GRN		

Modelo Produto Médico

Neosolution

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Berço Aquecido
Registro	10228740032
Processo	25351.419915/2015-87
Fabricante Legal	• FABRICANTE: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	08/09/2025

[Voltar](#)



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE



Certificado Nº:
Certificate No. NCC 21.08760

Revisão/revisão nº.: 01

Data de emissão:
Emission date: 05/01/2021

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Data de validade:
Validity date: 05/01/2026

Solicitante:
Applicant: Gigante Recém Nascido Ltda
Rua Martins Pena, 93, Campos Elíseos - Ribeirão Preto/SP
CEP: 14.080-620; CNPJ: 62.413.869/0001-15
Brasil

Produto:
Product: Berço Aquecido GRN®

Marca / Modelo:
Brand / Model: Neosolution

Fabricante e Unidade
fabril (Fabricante):
Manufacturer and
manufacturing location
(Manufacturer): Gigante Recém Nascido Ltda
Rua Martins Pena, 93, Campos Elíseos - Ribeirão Preto/SP
CEP: 14.080-620; CNPJ: 62.413.869/0001-15
Brasil

Assinado de forma digital por WILSON
MONTEIRO BONATO JUNIOR 04261009803

Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade para equipamentos elétricos sob regime de vigilância sanitária,
anexo à Portaria Inmetro nº. 54 de fevereiro de 2016.

Certificate issued in accordance with the conformity assessment requirements for electrical equipment under sanitary surveillance
system, annex to Inmetro's ordinance no. 54 of February 1, 2016.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced with all its pages.
2. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro's website.
3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP, CEP 13010-211
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
www.nccgroup.com.br





CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE



Certificado Nº:
Certificate No. NCC 21.08760

Revisão/revision nº.: 01

Data de emissão:
Emission date 05/01/2021

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaladas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality system, relating to the products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro quality system requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:

STANDARDS:

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda IEC:2016

ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010

ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011

ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 + Emenda 1:2014

ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1: 2014

ABNT NBR IEC 60601-2-21:2013

ABNT NBR IEC 60601-2-50:2010

Este certificado não indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.

This certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the standards listed above.

RELATÓRIOS DE ENSAIO E AVALIAÇÃO:

TEST AND ASSESSMENT REPORTS:

Amostras do equipamento listado passaram com sucesso nas avaliações e ensaios registrados em:

Samples of the equipment listed has successfully met the assessment and test requirements as recorded in.

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):

Technical conformity assessment register (assessment that presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):

BPM: 675605

Processo: 31082/15.1.Re1

Data do aceite da proposta: 05/10/2020

Data da auditoria: 14 e 15/12/2020

Relatório(s) de ensaio:

Test report(s):

Nº do relatório	Norma	Laboratório	Data de emissão
Conforme artigo Art 2º (§ 1º Item II) da Portaria 111 de 27/03/2020, os ensaios foram postergados.			

PRODUTO:

PRODUCT:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:

Products and systems covered by this certificate are specified as follows:

Dispositivo eletricamente energizado com uma fonte de irradiação de calor, destinado a manter o balanço térmico de um PACIENTE recém-nascido pela irradiação direta de energia na região de infravermelho do espectro eletromagnético.

Características técnicas da Família:

Modelo	Tensão	Frequência	Potência/Corrente	Marca
Neosolution	110-130 V / 220-230 V	50/60 Hz	950 VA	Gigante

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:

CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 15 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.

FNCC_506

Página/ Page 2 de / of 5

Rev. 08

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/77610607217350410636>



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 6 de julho de 2021 09:16:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 6 de julho de 2021 09:16:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º QD 121534. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22. www.cenad.org.br/autenticidade. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Rev. 08




Autenticação Digital: Código = 7761007217350410638-3
Data: 06/07/2021 09:13:45
Valor Total do Ato: R\$2,66
Selo Digital Tipo Normal C: AL150024-2/JGY



Cartório-Azevedo Bastos
Av. Prudente de Moraes, 2.114
Bairro dos Eucaliptos, 13000 Passos - MG
(31) 3244-4101 - cartorio@azevedobastos.net





CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No. NCC 21.08760

Revisão/revisão nº.: 01

Data de emissão:
Emission date: 05/01/2021

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Lista dos acessórios e partes ensalados em conjunto com o produto:

GRUPO	Descrição	GRUPO	Descrição
92713B	Conjunto pantalha Neosolution	92713B	Conjunto pantalha Neosolution
92708	Conjunto painel Neosolution	92708	Conjunto painel Neosolution
15000	Relógio apgar (incluso no programa do painel 92708)	15000	Relógio apgar (incluso no programa do painel 92708)
93300B	Aparelho fototerapia GRN modelo H100a - Certificada acoplada	93300B	Aparelho fototerapia GRN modelo H100a - Certificada acoplada
92714	Conjunto coluna Neosolution	92714	Conjunto coluna Neosolution
91444	Conjunto 2 tomadas auxiliares (opcional incluso no 92714)	91444	Conjunto 2 tomadas auxiliares (opcional incluso no 92714)
91444b	Conjunto 4 tomadas auxiliares (opcional incluso no 92714)	91444b	Conjunto 4 tomadas auxiliares (opcional incluso no 92714)
17111B	Balança eletrônica independente para berço aquecido	99416	Conjunto de régua de reanimação (1 a 5 saídas)
99416	Conjunto de régua de reanimação (1 a 5 saídas)	91031	Leito Tipo Cuna para Berço
92628	Leito tipo mesa para berço	92627	Bandeja inferior carrinho
92627	Bandeja inferior carrinho	22025	Conjunto gaveteiro berço NEC
22025	Conjunto gaveteiro berço NEC	17052	Cilindro de oxigênio
17052	Cilindro de oxigênio	28051	Rodízio giratório com freio
28051	Rodízio giratório com freio	91413	Bandeja para monitor 300x300
91413	Bandeja para monitor 300x300	70978	Cabo de ligação trifásico 2,5m
70978	Cabo de ligação trifásico 2,5m	90019	Sensor de pele GRN
90019	Sensor de pele GRN	92408	Colchão p- berço GRN
92408	Colchão p- berço GRN	22014	Gabinete base 1 porta berço
22014	Gabinete base 1 porta berço	92715	Conjunto carrinho leito Neosolution
92715	Conjunto carrinho leito Neosolution		

GRUPO	Descrição	GRUPO	Descrição
17200	Adesivo para sensor	92771	Bandeja inferior com medidas aproximadas 45 x 65 cm
17989	Vacuômetro	92774	Prateleiras Giratórias com bloco adaptador
22004	Armário com porta	92775	Bandeja para instrumentos
22030	Armário com gaveta(s)	92776	Tensão Bivolt (110 - 130 V~ / 220 - 230 V~)
28052	Rodízios de 5"	99417	Aspirador a vácuo com manômetro
45090	Fluxômetro	99417A	Aspirador a vácuo sem manômetro
91011	Colchão (cuna)	15057B	Reservatório (frasco) de plástico para aspiração
91031	Cuna em acrílico	15057BV	Reservatório (frasco) de vidro para aspiração
91421	Suportes para monitor (Fixos ou Giratórios)	17052A	Válvula redutora de pressão para cilindro de oxigênio
92406	Suporte flexível para traqueias	17052B	Válvula redutora de pressão para cilindro de ar comprimido
92440	Sistema elétrico para ajuste de altura do leito	17052C	Cilindro de ar comprimido
92716	Conjunto carrinho tipo cuna	17052	Cilindro de Oxigênio
92717	Lâmpada Auxiliar	90315A	Umidificador com extensão e máscara
92733	Pantalha giratória	91444A	Conjunto 4 Tomadas Auxiliares
92744	Sensor de infravermelho	91444	Conjunto 2 Tomadas Auxiliares
92766	Suporte para cilindro	92770	Gaveta para Chassis Raio X com ou sem marcações de coordenadas cartesianas
92767	Sistema de inclinação do leito pneumático (Trendlemburg, proclive e horizontal)	17046A	Conjunto Reanimador Manual (Ambú), Neonato ou pediátrico
92768	Sistema de inclinação do leito hidráulico (Trendlemburg, proclive e horizontal)	15057A	Frasco de Aspiração 3L (fora da régua)
92769	Sistema de inclinação do leito elétrico (Trendlemburg, proclive e horizontal)	92624	Gaveta para Raios X
92767	Protetor de Olhos para Fototerapia Neonatal	91422	Foco Auxiliar - Lâmpada LED
92779	Alças para transporte	32036	Termômetro Digital para Medição e Monitoramento da Temperatura do Ar/Ambiente
21859	Haste de soro giratória (02 ou 04 ganchos)	92798	Braço para bomba de infusão / aparelhos portáteis.
17111B	Balança eletrônica independente para berço aquecido	91054	Suporte para papeleta acrílico
11065	Guarnição de Passagem de Tubos	-	-

FNCC_506

Página/ Page 4 de / of 5

Rev. 08

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/77610607217350410636>



Autenticação Digital Código: 77610607217350410636-1
Data: 06/07/2021 09:13:43
Valor Total do Ato: R\$ 3,00
Selos Digital Tipo Normal C: AL180045-W15A



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Martins, 1310
Bairro dos Estados, Jd. Paredão, SP
(11) 3244-4484
<https://azevedobastos.not.br>



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 6 de julho de 2021 09:16:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas/SPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE



Certificado Nº: NCC 21.08760
Certificate No.

Revisão/revison nº.: 01

Data de emissão: 05/01/2021
Emission date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

90133	Sensor de pele
92408	Colchão (Leito)

17072BP	Instruções de Uso
---------	-------------------

DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA DO EQUIPAMENTO (CONFIDENCIAL):
EQUIPMENT DESCRIPTORIAL DOCUMENTS (CONFIDENTIAL):

Documento	Descrição	Revisão
17072BP	Manual do usuário	08
17087P	Manual do usuário – Balança	00
RHP	Projeto do produto avaliado	03

Histórico da Revisão:

Revisão	Certificado	Data da Revisão	Processo	Descrição
00	NCC 21.08760	05/01/2021	31082/15.1.Re1	Recertificação NCC 15.04043 com revisão (inclusão Fototerapia)
01	NCC 21.08760	30/06/2021	31082/15.1.Re1	Alteração da data de postergação de ensaios



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 6 de julho de 2021 09:16:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eplácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/07/2021 17:22:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e Informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 77610607217350410636-1 a 77610607217350410636-5

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbe756281398f0adbc004dabb8b896cc2c885593ec4d68825f0d2c171038bcae1c45c0726653eb0b736470bfd0e8cacb67f367281bba91bd682d613522a67949a



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



*Isreal
Kamell*



NOME DO ÓRGÃO/MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE	SETOR DE LICITAÇÃO
Nº DO PREGÃO: 2021.10.04.1-SRP	PREGÃO: ELETRÔNICO/MENOR PREÇO POR ITEM

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO ÀS DITAMES LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, SUBSIDIADA PELA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE PREGÃO.

DECLARAMOS QUE, NOS PREÇOS APRESENTADOS, BEM COMO NOS LANCES, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS, ENTRE OUTROS.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATOS QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO E E NOS COMPROMETEMOS A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS PELO PREGOEIRO.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E NÃO ESTÁ SUJEITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DESTA LEI, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ESTABELECIDO NOS ART. 42 A 49 DA MENCIONADA LEI, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E QUE CUMPRE TAMBÉM A TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS AINDA QUE, CUMPRO PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA, CONFORME AS PROPOSTAS: 07557.784000/1200-01, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HORIZONTE/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display.	UNID	7	MD	R\$ 902,40	R\$ 6.316,80
2	OXÍMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.	UNID	2	MD	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
3	BERÇO AQUECIDO - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou emovíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar Incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts	UNID	4	OLIDEF	R\$ 23.400,00	R\$ 93.600,00
4	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo frás para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extingüível com espuma de densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvulas redutoras e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.	UNID	2	OLIDEF	R\$ 58.200,00	R\$ 116.400,00



5	MONITOR DE MULTIPARÂMETROS - Possuir suporte para monitor; 5 Parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Tipo: Pré-Configurado; Tamanho : de 10" a 12".	UNID	3	CMOSDRAKE	R\$ 16.000,00	R\$ 48.000,00
7	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) - Iluminação em LED, Painel de Controle Microprocessado; ajuste de Irradância; Não Possui Berço em Acrílico.	UNID	4	OLIDEF	R\$ 9.990,00	R\$ 39.960,00
9	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI - Possuir 15 parâmetros Básicos (ECG/ RESP/ SPO2/ PNI/ TEMP); Suporte para Monitor; Capnografia: Mét. Aspir. De baixo Fluxo: até 50ml/mln; ; Tipo: Estrutura Mista ou Modular ; Tamanho de 10" a 12". Não Possui Pressão Invasiva (PI) e Débito Cardíaco; Sem agentes Anestésicos e sem Índice de sedação anestésica.	UNID	4	CMOSDRAKE	R\$ 35.800,00	R\$ 143.200,00
10	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possuir pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais de cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Definição de 220 Volts.	UNID	1	OLIDEF	R\$ 46.400,00	R\$ 46.400,00



12	CARDIOTOCÓGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características: Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Impressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração. Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para impressora suficiente para 1000 exames. Três jogos (03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts	UNID	2	MD	R\$ 26.800,00	R\$ 53.600,00
13	CAMA PPP - Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.	UNID	4	METALCLIN	R\$ 16.400,00	R\$ 65.600,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
26 DE OUTUBRO DE 2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2021.10.04.1-SRP

Original



PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ 32.593.430/0001-50 localizada na Av. Henrique Mansano, 1595 – Jardim Alpes – Londrina – PR, CEP 86075-000 vem por meio desta apresentar a proposta para o fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações estabelecidas no edital e que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Validade da Proposta: 60 DIAS Conforme edital.

Prazo de Entrega: MAXIMO DE 30 DIAS Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia: Garantia do fabricante de no mínimo 12 (doze) meses. Conforme o edital.

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1472-9 - C/C: 31.999-6

Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:

José Marcio Carrega

CPF: 109.523.298-32 RG: 14.727.57-2

Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350

E-MAIL: londrimedicomercial@gmail.com

Londrina, 25 de Outubro de 2021.


JOSE MARCIO CARREGA
CPF: 109.523.298-32
RG: 14.727.572
SÓCIO DIRETOR

32.593.430/0001-50
90802785-08
LONDRIMEDI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1595
JD. ALPES - CEP 86075-000
LONDRINA - PR

LONDRIMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 32.593.430/0001-50 - IE: 90802785-08 - IM: 2535785

AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1595. JARDIM ALPES CEP 86075-000 LONDRINA - PR

TELEPHONE: (43) 3339-1320 E-MAIL: londrimedihospitalar@gmail.com

LONDRINA, 26 de OUTUBRO de 2021.


A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
ESTADO DO CEARÁ

Secretária Municipal de Administração

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Eletrônico N.º 2021.10.04.1 - SRP



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARKA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
01	07	DETECTOR FETAL - Portátil, Tecnologia Digital, com Display	G TECH / PORTATIL	1500,00	10.500,00
02	02	OXIMETRO DE PULSO - Portátil (de mão) com 1 sensor.	CONTEC / CMS60D	3500,00	7.000,00
12	02	CARDIOTOCDOGRAFO - Portátil, Gestação Gemelar, com suporte. Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com visor e impressora térmica embutidos. Características - Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. Deve permitir a marcação de eventos pela paciente. Deve realizar autocorrelação do sinal. Características técnicas mínimas: Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 50 a 210 bpm. Deve permitir controle de volume do sinal. Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco. Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente. Medição da Movimentação Fetal Realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente). Display digital: Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal. Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal. Deve permitir a visualização em modo gráfico do traço da Frequência Cardíaca Fetal. Im pressão em papel térmico: Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal. Impressão automática de: Hora, Data, Velocidade do papel e modo de monitoração Deve permitir ajuste da velocidade do papel: 1, 2 e 3 cm/min. Acessórios: Um (01) Transdutor ultrassônico. Um (01) Transdutor toco. Um (01) Marcador de eventos remotos. Um (01) Tubo de gel. Papel para Impressora suficiente para 1000 exames. Três Jogos (03) de Cintas para fixação dos transdutores. Dois (02) estimuladores sonoros e ou vibratório fetal. Um cabo de alimentação padrão ABNT. Tensão de 220 Volts.	COMEN / STAR5000	25000,00	50.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					67.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 67.500,00 SESENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS					